

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn**

Do wszystkich uczestników postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą **Dostawa aparatu RM wraz z adaptacją pomieszczeń** (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2021/S 069-174632 z dnia 9 kwietnia 2021r.)

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie wymagań dotyczących pokoju badań rezonansu i pokój przygotowawczego oraz gabinetu USG. Otóż, po remoncie pokój badań rezonansu i pokój przygotowawczy nie muszą mieć statusu sali zabiegowej. Pokój MR ma mieć możliwość usypiania pacjenta (wprowadzenie gazów medycznych). Natomiast pokój przygotowawczy ma być przystosowany do przygotowania pacjenta do badania – założenie wkłucia, podanie kontrastu. Ponadto gabinet USG z biopsją powinien spełniać warunki gabinetu zabiegowego nie operacyjnego.

Zamawiający nie wymaga dostawy mebli ruchomych takich jak kozetki, biurka, krzesła, szafy.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska