

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą **Dostawa aparatu RM wraz z adaptacją pomieszczeń** (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2021/S 069-174632 z dnia 9 kwietnia 2021r.)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął do Zamawiającego następujący wniosek:

1. **Dotyczy sekcji „Serwer aplikacyjny”, podsekcja „Konsole lekarskie – oprogramowanie”:**
Rekomendujemy wprowadzenie dodatkowego punktu o następującej treści:

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany*)	Sposób oceny
Konsole lekarskie – oprogramowanie				
194A	Oprogramowanie do analizy spektroskopii protonowej	Tak, dostęp jednoczasowy na jednym stanowisku		Bez punktacji

Uzasadnienie:

W treści SWZ Zamawiający dotyka zagadnienia spektroskopii. Mówią o tym punkty 73, w którym zawarto wymóg zaoferowania technik spektroskopowych w ramach aplikacji klinicznych aparatu oraz 157, gdzie znajduje się wymóg zaoferowania oprogramowania do analizy spektroskopii **na stanowisku operatora**. W SWZ brak jest jednak wymogu zaoferowania oprogramowania do postprocessingu badań spektroskopowych w ramach serwera aplikacyjnego i konsol lekarskich. Z pewnością jest to niezamierzone przeoczenie, jednak nieskorygowane może skutkować sytuacją w której, lekarz radiolog opisujący badanie z poziomu konsoli lekarskiej nie będzie miał dostępu do narzędzi umożliwiających podgląd wyników spektroskopii oraz możliwości ich obróbki.

Dlatego też wprowadzenie rekomendowanej zmiany leży w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie parametru w związku z czym dokonuje modyfikacji treści Formularza parametrów wymaganych i ocenianych.

2. **Dotyczy zał. nr 4 – punkty 20 i 21.**

Wnosimy o korektę zmian, które wprowadził Zamawiający do treści opisu parametrów do następującej postaci:

L. p.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany*)	Sposób oceny
Cewki				
20	Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do rutynowych badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta	Tak; podać nazwę cewki		Cewka wyposażona w zintegrowany dodatkowy element służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (np. BioMatrix CoilShim) Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt.
21	Cewka wielokanałowa dedykowana do zaawansowanych badań głowy posiadająca w badanym w obszarze min. 32 elementy obrazujące jednocześnie	Tak/Nie; Jeżeli tak – podać liczbę elementów obrazujących		Nie – 0 pkt Tak: 32 elementy – 7 pkt 48 elementy – 10 pkt

Uzasadnienie:

W dniu 4.05.2021 Zamawiający opublikował zmodyfikowaną treść załącznika nr 4 do SWZ „Formularz parametrów wymaganych i ocenianych – rezonans magnetyczny 3 T wraz z wyposażeniem”.

Modyfikacja punktów 20 i 21 w sposób niezamierzony godzi w podstawowy interes Zamawiającego. Otóż w efekcie wprowadzonych korekt Zamawiający pozbawił się wymogu zaoferowania najbardziej podstawowego narzędzia diagnostycznego w pracowni MR, jakim jest cewka do rutynowych badań głowy i szyi. Sprawna praca aparatu bez takiej cewki i możliwość realizacji pełnoprofilowej diagnostyki jest niewyobrażalna. Cewka taka obejmuje obszar głowy i szyi, a nie tylko głowa (mózg), jak w cewkach do badań zaawansowanych, ale także pozwala na łączenie z innymi cewkami – typu Body/Anterior czy Spine/Posterior w celu obrazowania większego obszaru anatomicznego, np. zmian nowotworowych w obszarze głowa-szyja, badań naczyniowych nero – od łuku aorty po naczynia mózgowie oraz innych. Na taką pracę nie pozwalają cewki do badań zaawansowanych głowy, które wykorzystuje się głównie w obszarze wyłącznie samego mózgu, szczególnie w realizacji procedur akwizycji fMRI i DTI.

Wydaje się, że modyfikacja wymogów mogła zostać wprowadzona pochopnie, gdyż z pewnością niezamierzone była możliwość dopuszczenia zaoferowania rozwiązań, które uniemożliwią właściwą i pełnoprofilową pracę pracowni.

Dlatego postulowana zmiana leży w absolutnym interesie Zamawiającego.

DZPZ/333/6UEPN/2021

Olsztyn, dnia 7 maja 2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający przywraca zapis w powyższym zakresie w związku z czym dokonuje modyfikacji treści Formularza parametrów wymaganych i ocenianych.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią jednocześnie modyfikację treści SWZ.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska