

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi :**

**Dotyczy:** postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę obłożenia chirurgicznych.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

1. Pakiet 2 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie poniższego zestawu.

Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego / włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa / o min. gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 170 kPa..

Taśma samoprzylepna na serwetach o szer. 5cm. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentarium.. Zgodność z normą EN 13795 1-3. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, lot, datę ważności oraz dane producenta.

Skład:

1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>.

1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.

1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

1 serweta przylepna 170x180cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

4 ręczniki celulozowe 30x40cm .

***Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego zestawu.***

2. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w ust. 1;

5% wartości niezrealizowanej części umowy w ust. 2.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia z załącznikami.***

3. Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia z załącznikami.*

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

*(Podpis osoby uprawnionej)*