

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

Przedmiot zapytania dotyczy: **Stanowiska oraz wanny do pielęgnacji noworodków.**

**I. Zamawiający:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: [www.wss.olsztyn.pl](http://www.wss.olsztyn.pl)

E-mail: [zamowienia@wss.olsztyn.pl](mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl)

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.00

Telefon / fax: 089 53 86 228

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

**Zakup stanowiska do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem i szufladami – 7 szt.**

**oraz wanny do pielęgnacji niemowląt – 5 szt.**

**STANOWISKA DO PIELEGNACJI**

1	Stanowisko składające się ze stolika pielęgnacyjnego z promiennikiem
2	Długość stolika pielęgnacyjnego w zakresie od 700 do 800 mm +/-10%
3	Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 580 do 790 mm +/-10%
4	Stanowisko wyposażone w cztery kółka jezdne nie wykraczające poza obrys, kółka jezdne z przodu stanowiska blokowane.
5	Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 820 do 920 mm +/-10%
6	Stanowisko wyposażone w podstawę z regulacją wysokości nóg +/- 50 mm
7	Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równoległe do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza i alarmami. Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia.
8	Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych -certyfikat EC z jednostki notyfikowanej (załączyć do oferty)
9	Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni
10	Promiennik spełnia dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatyczna regulacja temperatury powietrza,</li> <li>- ręczna regulacja mocy grzania,</li> <li>- alarm zbyt niskiej temperatury optyczny i akustyczny,</li> <li>- alarm zbyt wysokiej temperatury optyczny i akustyczny,</li> <li>- próg działania alarmu <math>\pm 0,8^{\circ}\text{C}</math>,</li> <li>- alarm awarii czujnika ERR,</li> <li>- zakres automatycznej regulacji temperatury <math>34-38^{\circ}\text{C}</math> z dokładnością do <math>\pm 0,2^{\circ}\text{C}</math>,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczości 0.1 °C,</li> <li>- ręczna regulacja mocy grzania 0-700W lub od 0-800 W skokowo co 5% maksymalnego zakresu,</li> <li>- moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700 lub 800W,</li> <li>- oświetlenie luminescencyjne o mocy świetlnej 2x100W,</li> </ul>
11	Szafka z min. 3 szufladami. Możliwość wyboru ilości szuflad oraz ich wymiarów, pierwsza szuflada przystosowana do postawienia wagi typu: Waga elektryczna WPT 6/15 D RADWAG.
12	Stanowisko wykonane w kolorystyce określonej przez zamawiającego: blaty i szafki
13	Wymaga się od producenta urządzeń posiadania systemu jakości zgodnego z normą ISO 13485:2003 dla produkcji stanowisk pielęgnacji niemowląt
14	Wymaga się własnym staraniem i na własny koszt instalacji do istniejącej infrastruktury oraz uruchomienia urządzenia.
15	Stanowisko wyposażone w przewód zasilający o długości 6mb +/-10%, przewód zasilający ma być chowany w części obudowy.
16	<p>Wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy</p> <p>Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja w języku polskim</li> <li>• Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3</li> <li>• Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4</li> </ul> <p>Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem.</p> <p>Szkolenie personelu z obsługi urządzenia</p>

## WANNY

1	Stanowisko składające się z wanienki do pielęgnacji niemowląt
2	<p>Wanienka o długości 800mm i szerokości 600 mm +/-15%</p> <p>Posiadająca miskę o wymiarach minimalnych: długość 680mm i szerokość 380 mm +/-15%</p>
3	Wanienka do kąpienia wyposażona w baterię zlewozmywakową z uchwytem łokciowym wyposażona w termostat z zestawem przyłączeniowym.
4	Wysokość wanienki od podłoża w zakresie od 820 do 920 mm
5	Stanowisko wyposażone w podstawę z regulacją wysokości nóżek +/- 50 mm
6	Wanienka wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym.

7	Szarka 2 drzwiowa, wyposażona w kosz na odpadki z automatycznie podnoszonym przykryciem oraz kosz wysuwany na pieluchy,
8	Stanowisko wykonane w kolorystyce określonej przez zamawiającego blaty i szafki
9	Wymaga się od producenta urządzeń posiadania systemu jakości zgodnego z normą ISO 13485:2003 dla produkcji stanowisk pielęgnacji niemowląt
10	Wymaga się własnym staraniem i na własny koszt instalacji do istniejącej infrastruktury oraz uruchomienia urządzenia.
11	Wymagana gwarancja – minimum 24 miesiące

### **III. Termin wykonania zamówienia:**

**- 30 dni od dnia podpisania umowy**

### **IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Folder, katalog zawierający specyfikację, opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem linków o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia
3. Formularz cenowy
4. Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć
  1. Dla wyrobów klasy I - deklaracje zgodności CE;
  2. Dla wyrobów klas: I z funkcją pomiarową, I jałowej i IIa – deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, biorącej udział w ocenie zgodności;
  3. Dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE
  4. Dla wyrobów medycznych będących zestawem lub systemem zabiegowym w którym wszystkie elementy oznaczone są znakiem CE – oświadczenie określone w art. 30 ust. 1. Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
  5. Dla wyrobów medycznych będących systemem lub zestawem zabiegowym zawierającym wyrób medyczny nieoznakowany znakiem CE lub gdy wybrana kombinacja wyrobów medycznych nie jest kompatybilna, biorąc pod uwagę ich pierwotne przewidziane zastosowanie – Dokumenty potwierdzające, że zestaw lub system został poddany ocenie zgodności. Dokument

potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679) i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączyć

**V. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - Projekt umowy
2. Załącznik nr 2 – formularz cenowy

**VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:**

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 4 kwietnia 2016 roku do godziny 14.30** na adres:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9  
10 – 561 Olsztyn**

lub skan **oryginału dokumentów** wysłać na adres e-mail: [zamowienia@wss.olsztyn.pl](mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl).

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*

(*Podpis osoby uprawnionej*)