

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**WYJASNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania pn. Dosrtawa głowic USG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe do Zamawiającego wpłynął następujący wniosek:

Mając na uwadze specyfikę sprzętu, aby zapewnić odpowiednią jakość obrazu diagnostycznego, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby sondy będące przedmiotem postępowania, były fabrycznie nowe, oraz muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta aparatu USG na Europę?

***Odpowiedź:***

Zamawiający w modyfikacji Formularza cenowego dokonanej w dniu 14 czerwca wymaga sond fabrycznie nowych. Natomiast co do pochodzenie sond z oficjalnego kanału sprzedaży producenta Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska  
(Podpis osoby uprawnionej)