

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego** (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 061-145270 z dnia 26 marca 2020r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 18 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści probówkę o innowacyjnej geometrii, ograniczającej przestrzeń martwą dzięki której optymalizuje się monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 5 próbki o innowacyjnej geometrii, ograniczającej przestrzeń martwą dzięki której optymalizuje się monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną pod warunkiem kompatybilności z dzierżawionym aparatem Zamawiającego firmy Werfen ACLOP 300.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)