

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego** (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2020/S 061-145270 z dnia 26 marca 2020r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 18 pozycja 5

1. Skoro Zamawiający dopuścił probówkę o pojemności 3,6 ml, czy dopuści również w Części 18 w pozycji nr 5 próbówki do koagulologii z podwójną ścianką, gwarantujące minimalną przestrzeń martwą i związaną z tym zmniejszoną aktywację płytek, optymalizującą monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną, próbówki kompatybilne z aparatem dzierżawionym przez Zamawiającego firmy Werfen ACLTOP 300, próbówki z 3,2% cytrynianem sodu o całkowitej pojemności 3,5 ml, gdzie objętość pobrania wynosi 3,15 ml, a 0,35 ml stanowi płynny odczynnik (zgodnie z konieczną proporcją ilości pobranej krwi od pacjenta do ilości odczynnika znajdującego się w próbówce gdzie stosunek ten powinien wynosić 9:1)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania próbówki do koagulologii w pozycji 5 z podwójną ścianką, gwarantujące minimalną przestrzeń martwą i związaną z tym zmniejszoną aktywację płytek, optymalizującą monitorowanie APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną, próbówki z 3,2% cytrynianem sodu o całkowitej pojemności 3,5 ml, gdzie objętość pobrania wynosi 3,15 ml, a 0,35 ml stanowi płynny odczynnik (zgodnie z konieczną proporcją ilości pobranej krwi od pacjenta do ilości odczynnika znajdującego się w próbówce gdzie stosunek ten powinien wynosić 9:1) pod warunkiem kompatybilności z aparatem dzierżawionym przez Zamawiającego firmy Werfen ACLTOP 300.

2. Dotyczy Części 18 pozycji 15.

Czy Zamawiający uzna za spełnione opisany w tym punkcie warunek, w przypadku dostarczenia wraz z analizatorem do OB specjalnych probówek kontrolnych, na 3 poziomach, dedykowanych przez producenta do oferowanego aparatu, które mogą być wykorzystane jako codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna?

Kontrola poprawności działania aparatu za pomocą proponowanych probówek kontrolnych polega, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, na sprawdzeniu 3 wzorcowych kanałów pomiarowych. Aparat, w trybie takiej kontroli, wykonuje specjalny algorytm, który po kilku cyklach pomiarowych i przeliczeniu wzajemnych relacji między wynikami, daje informację zwrotną o poprawności pracy całego aparatu (wszystkich kanałów pomiarowych) w postaci wyników odczytu wzorcowych probówek, jak również innych parametrów opisujących prawidłową kalibrację. Po takiej kontroli, można zaufać wynikom uzyskanym na analizatorze.

A jeśli nie, to czy Zamawiający ma na myśli zewnętrzną kontrolę laboratoryjną np. Sowa Med (Labquality)?

Wymóg opisany przez Zamawiającego w pozycji 15 w obecnej postaci, wydaje się niemożliwy do spełnienia przez żaden ze znanych nam dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania probówek kontrolnych dostarczonych wraz z aparatem do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na 3 poziomach.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)