

DZPZ/333/47/2017

Olsztyn, dnia 17 marca 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa kabli światłowodowych do zabiegów laparoskopowych, postępowanie DZPZ/333/47/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa kabli światłowodowych do zabiegów laparoskopowych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

Bardzo proszę o informacje jakiej firmy jest źródło światła do którego mają zostać podłączone przewody światłowodowe wyszczególnione w zamówieniu nr DZPZ/333/47/2017.

Odpowiedź: Kabel światłowodowy musi być kompatybilny z urządzeniami firmy Aesculap posiadanymi przez Zamawiającego oraz z optykami firmy Aesculap bez konieczności używania dodatkowych przejściówek.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)