

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa systemu holterowskiego, postępowanie DZPZ/333/171/2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na dostawę systemu holterowskiego, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W związku z ukazaniem się ostatniej modyfikacji Zamawiającego z dnia „Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2016 09:19” prosimy o przedłużenie składania ofert na zestaw Holterowski do dnia 20.07 2016 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert do 21 lipca 2016 r.

2. Czy Zamawiający dopuści rejestrację 3 kanałową z 5 lub 7 odprowadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza rejestrację 3 kanałową z 5 lub 7 odprowadzeniami.

3. Czy Zamawiający dopuści system komputerowy z jednym monitorem. Wg nas opcja dwumonitorowa nie wnosi dodatkowych funkcji diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie systemu tylko z jednym monitorem.

4. Czy Zamawiający dopuści system Holtera, w którym baza danych będzie możliwa do rozbudowy o inne elementy diagnostyki nieinwazyjnej w 2017 r. (ekg spoczynkowe i wysiłkowe, holter RR) (pkt. 36 i 37)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie rozbudowy systemu Holtera. Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)