

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa szorowarki do czyszczenia i polerowania, postępowanie nr DZPZ/333/159/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa szorowarki do czyszczenia i polerowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie:

Jeśli chodzi o maszynę szorującą to ciężko, aby taka maszyna uzyskała parametry 1450 obr/min, ponieważ taką specyfikację pracy oferują maszyny polerujące. W tym moje zapytanie czy maszyna może spełniać niższe parametry obrotowe ?

Jeśli chodzi o ciężar maszyny to kwestia 13 kg jest nie możliwa, taka maszyna bynajmniej waży 38 kg. Czy zatem może ten parametr być większy ?

Średnica szczotki jest także bardzo mała. W tego typu maszynach szerokość robocza wynosi więcej, stąd pytanie czy ten parametr może być większy ?

Maszyna o mocy 290W to kwestia także dziwna, ponieważ takie maszyny mają bynajmniej moc 1000W, czy ta kwestia może być także większa ?

Zatem czy możemy przysłać ofertę na maszyny polerujące, a także automaty szorująco-zbierające, które delikatnie różnią się parametrami zaś wykorzystywane są w podobnego rodzaju instytucjach. Ciężko jest dobrać maszynę polerującą i zarazem szorującą, ponieważ maszyna polerująca ma specyfikację ok. 1450 obr/min, zaś maszyna szorującą ok. 200 obr/min, więc proszę o sprecyzowanie na czym Państwu bardziej zależy. W tym wypadku można dobrać maszynę szorującą, którą po doczyszczeniu zabrudzeń i użyciu odpowiedniego pada można wypolerować posadzkę czy materiał czyszczący.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty na maszynę o wyżej wymienionych parametrach (delikatnie różniącą się parametrami od opisanej przez Zamawiającego). Zamawiający oczekuje zaoferowania maszyny szorującej, którą po doczyszczeniu zabrudzeń i użyciu odpowiedniego pada można wypolerować posadzkę czy materiał czyszczący.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)