

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd techniczny urządzeń medycznych: defibrylatorów R-SERIES, E-SERIES, aparatów do zewnętrznego masażu serca Auto Pulse Kit i dozymetru promieniowania X, postępowanie DZPZ/333/92/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd techniczny urządzeń medycznych: defibrylatorów R-SERIES, E-SERIES, aparatów do zewnętrznego masażu serca Auto Pulse Kit i dozymetru promieniowania X, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Dot. Część 2: Przegląd techniczny dozymetru promieniowania X

1. Czy model posiadanego przez Zamawiającego dozymetru to Alpha Plus z detektorem w filtrze ekwiwalentnym? Jeżeli Zamawiający posiada inny dozymetr, prosimy o podanie jego modelu i komponentów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że model posiadanego przez Zamawiającego dozymetru to Alpha Plus.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy? Ze względu na COVID-19 termin wykonania zadania może przekroczyć 30 dni, których wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)