

DZPZ/333/80/2021

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości  
uczestników postępowania*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie poniżej 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa chłodziarki medycznej, postępowanie DZPZ/333/80/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie poniżej 130 tys. na realizację zadania: dostawa chłodziarki medycznej, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 196 worków z krwią (450ml), pojemności 400l i wymiarach 67x64x204 cm (SzxGxW) i masie 124 kg netto?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza chłodziarki o wyżej wymienionych parametrach.**

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wykonaną w całości ze stali nierdzewnej (komora wewnętrzna i obudowa zewnętrzna), laminowanej powłoką antybakteryjną, odporną na zabrudzenia i zarysowania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza chłodziarkę wykonaną z wyżej wymienionych materiałów.**

3. Czy Zamawiający dopuści menu sterownika w j. angielskim z opcją j. polskiego przygotowaną do wgrania polskiego pliku językowego w przyszłości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że menu sterownika zgodnie z parametrami wymaganymi powinno być w j. polskim.**

4. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę na kółkach, bez hamulców, ale blokowana na miejscu poprzez wykręcane stopki? Jest to znacznie lepsze rozwiązanie pozwalające na wypoziomowanie urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenie powinno być wyposażone w kółka lub rolki. Urządzenie powinno mieć możliwość łatwego przemieszczania oraz mieć możliwość hamowania/blokowania aby zapobiegać niepożądanemu przesuwaniu się.**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czynnikiem chłodniczym R452a?

Informujemy, iż R404A został wycofany z terenu UE

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści urządzenie z w/w czynnikiem chłodniczym.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zewnętrzny rejestrator temperatury z wzorcowaniem informujący o stanach awaryjnych: zbyt wysokiej/zbyt niskiej temperaturze, zaniku energii elektrycznej?

Proponowane przez nas rozwiązanie jest najbardziej wygodne dla Użytkownika i przede wszystkim najbezpieczniejsze.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie wyposażone w zewnętrzny rejestrator temperatury z wzorcowaniem informujący o stanach awaryjnych: zbyt wysokiej/zbyt niskiej temperaturze, zaniku energii elektrycznej.**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez gniazda portu LAN?

W przypadku urządzeń do przechowywania krwi najważniejszy jest monitoring temperatury w dwóch punktach realizowany przez dwa wzorcowane czujniki temperatury. Rozwiązanie z podłączeniem do sieci LAN będzie nieefektywne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie bez gniazda portu LAN.**

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 130kg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wadze 130kg.**

### **Pytanie 5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, z której strony chce mieć otwierane drzwi?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drzwi powinny otwierać się na prawą stronę.**

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z kółkami czy też na rolkach z nóżkami?

Obydwa rozwiązania pozwalają na swobodne przemieszczanie urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenie może być wyposażone w kółka lub rolki. Urządzenie powinno mieć możliwość łatwego przemieszczania oraz mieć możliwość hamowania/blokowania aby zapobiegać niepożądanemu przesuwaniu się.**

### **Pytanie 7**

Czy każda z szuflad ma być wyposażona w przegrody?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każda z szuflad powinna być wyposażona w przegrody.**

### **Pytanie 8**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)