

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi II :**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – powtórka plus dzierżawa analizatora równowagi kwasowo – zasadowej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

**Dotyczy części nr 3 pozycja 20**

1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę o częstotliwości wytrząsania od 0-2500 obr/min? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 20 części nr 3 wytrząsarkę o częstotliwości wytrząsania od 0-2500 obr/min. przy zachowaniu pozostałych parametrów.

*DYREKTOR*

*Irena Kierzkowska*

*( Podpis osoby uprawnionej )*