

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Część nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wybór dostawcy balonów do kontrpulsacji wewnątrzortalnej oraz cewników do wawuloplastyki

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający dopuści w części 2 balony do wawuloplastyki o następujących parametrach:

- średnicach nominalnych w zakresie 4-30mm;
- długości 20,30,40,50,60 mm;
- RBP od 1.5-6 atm;
- długość cewnika 70, 90 i 110cm;
- kompatybilne z przewodnikiem od 0,021”-0,035” oraz introduktorem od 4 do 10F?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania balonów do wawuloplastyki o podanych powyżej parametrach .

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE
Irena Kierzkowska

.....

(Podpis osoby uprawnionej)