

DZPZ/333/101/2023

Olsztyn, dnia 28.07.2023

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn*

### SPROSTOWANIE DO PYTAŃ

**Dotyczy:** postępowania o wartości poniżej 130 tyś. zł o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę sprzętu medycznego: materacy przeciwoleżynowych, ślizgów do przenoszenia pacjenta oraz krzeseł do poczekalni w Przychodni WSS w Olsztynie w ramach programu Dostępność Plus**  
- Numer sprawy: DZPZ/333/101/2023

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi materac przeciwoleżynowy z możliwością wyboru jednego z dwóch trybów pracy: zmiennociśnieniowego (dostępne cykle pracy: 10/15/20 minut) oraz statycznego z funkcją samoczynnego powrotu po 30 minutach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści materac o dwóch trybach pracy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt. 9 formularza parametrów wymaganych.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA  
WSS W OLSZTYNIE

Jerzy Górný  
(Podpis osoby uprawnionej)