

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa implantów zakotwiczonych w kość skroniową wraz z procesorami dźwięku + oddzielnie procesory dźwięku na wymianę, postępowanie DZPZ/333/264/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa implantów zakotwiczonych w kość skroniową wraz z procesorami dźwięku + oddzielnie procesory dźwięku na wymianę, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1. Dotyczy punktu V 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę by wymóg dostarczenia DemoKit uznać za spełniony za sprawą dostarczonego w poprzednim postępowaniu (DZPZ/ 333/123/2018) DemoKit - znajdującego się już w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę w powyższym przypadku na odstąpienie od wymogu.

Pytanie 2. Dotyczy Części 1.

W tabeli znajduje się punkt „1. Część implantowana –1 szt.” Czy Zamawiający pragnie zamówić 1 implant i 1 procesor dźwięku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga kompletu - 1 procesor+ jeden implant.

Pytanie 3. Dotyczy Części 3.

Czy Zamawiający pod pojęciem procesor zauszny rozumie procesor jednomodułowy (bez kabli łączących jego części) mocowany w całości na implancie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem procesor zauszny rozumie procesor jednomodułowy (bez kabli łączących jego części) mocowany w całości na implancie.

Pytanie 1: Załącznik nr 4, część nr 1, punkt 2.1 i punkt 3.6 oraz Załącznik nr 4, część nr 2, punkt 1 oraz Załącznik nr 4, część nr 3, punkt 1

Dotyczy: „*wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające*”

Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie jako źródła zasilania akumulatorów, znajdujących się w zestawie z procesorem?

Uzasadnienie: wykorzystanie akumulatorów zmniejsza koszt użytkowania urządzenia oraz jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza jako źródła zasilania akumulatorów, znajdujących się w zestawie z procesorem.

Pytanie 2: Załącznik nr 4, część nr 1, punkt 2.2 oraz Załącznik nr 4, część nr 2, punkt 2 oraz Załącznik nr 4, część nr 3, punkt 2

Czy Zamawiający ma na myśli „możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych (np. cewka telefoniczna, system FM)”?

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Pytanie 3: Załącznik nr 3 do Zaproszenia, paragraf 6 punkt 4 oraz Załącznik nr 4, część nr 1, punkt 3.5 oraz Załącznik nr 4, część nr 2, punkt 7 oraz Załącznik nr 4, część nr 3, punkt 7

Czy Zamawiający zgodzi się, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady procesora – naprawa procesora w ciągu 10 dni roboczych?

Uzasadnienie: W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady procesora wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej naprawy procesora dźwięku, dzięki czemu w możliwie najkrótszym terminie, pacjent otrzymuje sprawne urządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na naprawę procesora. Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Pytanie 4: Załącznik nr 3 do Zaproszenia, paragraf 1 punkt 2 oraz Załącznik nr 4, część 1, punkt 3.10 oraz Załącznik nr 4, część 2, punkt 6 oraz Załącznik nr 4, część 3, punkt 6

Czy Zamawiający w celu obniżenia kosztów zakupu, zgodzi się na pełną gwarancję, trwającą przez 24 miesiące na przedmiotowy sprzęt?

Uzasadnienie: Jest to gwarancja udzielana standardowo przez producenta i powszechnie stosowana w tożsamych postępowaniach przetargowych na terenie naszego kraju.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe tylko dla zamówienia w części 2.

Pytanie 5: Załącznik nr 3 do Zaproszenia, paragraf 1 punkt 2 oraz Załącznik nr 4, część 2, punkt 6 oraz Załącznik nr 4, część 3, punkt 6.

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu związanego z dostarczeniem narzędzi i sprzętu chirurgicznego koniecznego do przeprowadzenia operacji na 3 dni przed planowanym zabiegiem, w przypadku części, w których przedmiotem zamówienia jest procesor dźwięku na wymianę?

Uzasadnienie: W przeciwieństwie do implantacji systemu implantu zakotwiczonego, podczas wymiany procesorów nie są potrzebne narzędzia ani sprzęt chirurgiczny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odstąpienie od w/w wymogu.

Pytanie 6: Załącznik nr 4, część 1

Czy Zamawiający planuje zamówić 1 system implantu zakotwiczonego w kości (pkt.1) czy 3 systemy implantu zakotwiczonego w kości (pkt.3)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planuje zamówić 1 komplet systemu implantu zakotwiczonego w kości. W załączeniu poprawiony załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Pytanie 7: Załącznik nr 4, część nr 1, punkt 1.3

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do parametru wymaganego w punkcie 1.3 o następującym brzmieniu: „w przypadku powtarzających się problemów zdrowotnych bezpośrednio związanych z użytkowaniem systemu implantu na przewodnictwo kostne, takich jak nawracające problemy skórne w okolicy wspornika, możliwość przejścia z rozwiązania wspornikowego na rozwiązanie magnetyczne z zastosowaniem już umieszczonego w czaszce pacjenta implantu”

Uzasadnienie: Możliwość przejścia z rozwiązania wspornikowego na rozwiązanie magnetyczne jest korzystne z punktu widzenia użytkownika systemu implantu na przewodnictwo kostne, ponieważ w przypadku np. wspomnianych nawracających problemów skórnych w okolicy wspornika, wymiana wspornika na inną wysokość nie zawsze rozwiąże problem skórny. Z kolei system magnetyczny pozwala na dalsze korzystanie z rozwiązania pozwalającego pacjentowi lepiej słyszeć, a jednocześnie niweluje wspomniane problemy systemu wspornikowego, występujące u niektórych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisu.

Pytanie 8: Załącznik nr 4, część nr 1, punkt 1.2

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do parametru wymaganego w punkcie 1.2: „implant zintegrowany z zaczepem pokrytym warstwą hydroksyapatytu”

Uzasadnienie: Zaczepy pokryte dodatkowo warstwą hydroksyapatytową są rozwiązaniem o dowiedzionej badaniami naukowymi skuteczności, pozwalającej na zmniejszenie problemów skórnych związanych z użytkowaniem systemu wspornikowego implantu na przewodnictwo kostnego potwierdzają zamieszczone poniżej artykuły:

Mierzwiński J, Konopka W, Drela M, Łaz P, Śmiechura M, Strużycka M, Kuśmierczyk J. Ocena stabilności implantów zakotwiczonych w kości oraz stanu tkanki miękkiej u dzieci w zależności od wieku, grubości kości oraz czasu pierwszego podłączenia procesora dźwięku. Otol Neurotol. 2015;36(7):1209-1215

van Hoof M, Wigren s, Duimel H, Savelkoul PH, Flynn M, Stokroos RJ. Can the Hydroxyapatite-Coated Skin-Penetrating Abutment for Bone Conduction Hearing Implant integrate with the Surrounding Skin? Front Surg. 2015;2:45

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe w zapisie załącznika nr 4 w części 1 punkcie 1.2.

Pytanie 9: Zaproszenie, punkt V, paragraf 6 oraz część 2 oraz część 3

Czy zamawiający zgodzi się na odstępnie od wymagania dostarczenia systemu demonstracyjnego (Demo-Kit) w przypadku części 2 oraz części 3 postępowania, jeżeli Oferujący zapewni obecność inżyniera klinicznego przy pierwszym dopasowaniu wymienianego procesora dźwięku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odstępnie o w/w wymogu.

Pytanie 10: Zaproszenie, punkt V, paragraf 6 oraz Załącznik nr 4, część 1, punkt 3.6

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od wymagania dostarczenia systemu demonstracyjnego (Demo-Kit) w przypadku, gdy Oferujący zapewni obecność inżyniera klinicznego, posiadającego niezbędny do kwalifikacji sprzęt, podczas kwalifikacji pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia dopuszczonych odpowiedziami na powyższe pytania, Wykonawca powinien umieścić stosowną informację w Formularzu cenowym.

Z-ca DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Jerzy Górny

(Podpis osoby uprawnionej)