

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd techniczny defibrylatorów – 3szt., postępowanie DZPZ/333/217/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd techniczny defibrylatorów – 3 szt., do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o podanie terminów najbliższych przeglądów dla wszystkich trzech defibrylatorów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie defibrylatory powinny mieć przegląd wykonany we wrześniu tego roku.

2. Czy w przypadku przeglądu pojedynczego urządzenia, Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie usługi w serwisie Wykonawcy? Znacznie obniży to koszty wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia mają przeglądy zaplanowany w tym samym czasie, przeglądy powinny być wykonane w siedzibie Zamawiającego.

3. Czy Zamawiający dopuści, zamiast autoryzacji, imienny certyfikat ukończenia szkolenia serwisowego u producenta sprzętu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści zamiast autoryzacji certyfikat od producenta defibrylatorów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)