

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa materaców przeciwoleżynowych dla pacjentów zagrożonych odleżynami oraz pacjentów z odleżynami, postępowanie DZPZ/333/143/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa materaców przeciwoleżynowych dla pacjentów zagrożonych odleżynami oraz pacjentów z odleżynami, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

poz. 2 - Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, którego komory mają wysokość 20cm? Materac o takiej budowie zapewnia lepsze rozłożenie nacisku na ciało pacjenta, co skutkuje wyższą skuteczności materaca i jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowania materaca o w/w parametrach.**

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac z pompą bez funkcji regulacji ciśnienia w komorze? Pompa materaca jest wyposażona w przełącznik masy ciała pacjenta. Regulacja ciśnienia wewnątrz komór odbywa się poprzez ustawienie wagi pacjenta. Wówczas pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia wewnątrz materaca.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowania materaca o w/w parametrach.**

Część I, poz. 11,2

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wobec niego nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się on w spółkę prawa handlowego.**

2. Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C ?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartą w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

3. Czy pokrowiec materaca ma być ognioodporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia zawartą w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

4. Czy Zamawiający wymaga, aby materac posiadał system wypinania każdej komory materaca w celu realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

5. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy?

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania w/w rozwiązania.**

6. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która umożliwi dokonanie przypadkowej zamiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowania w/w rozwiązania.**

7. Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

8. Czy pompa zasilająca ma zasilać trzy sekcje materaca ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

9. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego powietrza ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w parametru.**

10. Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwłuszczowy zasysanego powietrza ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w parametru.**

**Czy w poz. 1 - Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg Zamawiający dopuści materac o następujących parametrach:**

1. Materac przeciwoleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.

**Odpowiedź: Tak.**

2. Materac przeciwoleżynowy kładziony na materac bazowy (piankowego). Materac wyposażony w 16 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeb można wymienić.

**Odpowiedź: Nie.**

3. Konstrukcja materaca umożliwia do 24 godzin pracy w trybie transportowym . Trzy komory powietrzne w części głowy statyczne, stale wypełnione powietrzem, stabilizujące głowę chorego. Pozostałe komory zmiennociśnieniowe/ statyczne z technologią wspomagającą wentylację skóry – funkcja iMAL.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

4. Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie zaworu. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

5. Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne bez klap zabezpieczających. Pokrowiec przystosowany do prania w temperaturze 60°C i do chemicznej dezynfekcji. Dolna część materaca wyposażona w 6 pasów umożliwiających przymocowanie materaca do materaca spodniego i ramy łóżka. Jeden dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

6. Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy (zmiennociśnieniowy/statyczny), wybór czasu cyklu pracy (10/15/20 min.) w trybie zmiennym, wyciszenie alarmu. Możliwość wyboru jednego z trybów pracy materaca: zmiennociśnieniowy, statyczny, po 30min. od włączenia trybu statycznego materac automatycznie wraca do poprzedniego ustawienia. Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla braku zasilania, niskiego ciśnienia w materacu, serwisowy. Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. Zasilanie 230V/50Hz, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego minimum 380cm,

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

7.

**ASY TURN TECHNOLOGY** – Innowacyjna funkcja przechyłów bocznych oraz jedno- lub obustronnej rotacji pacjenta. Ułatwia pracę personelu (redukuje wysiłek personelu potrzebny do obsługi pacjenta np. przy zmianie pościeli, toalecie pacjenta itp.), a w połączeniu z trybem zmiennociśnieniowym polepsza parametry przeciwoodleżynowe i terapeutyczne materaca. Funkcję można włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

8. Limit wagi pacjenta 200kg.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

9. Wymiary materaca 200 x 85 x 13 cm ( $\pm 1$ cm).

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**Czy w poz. 2 - Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg Zamawiający dopuści materac o następujących parametrach:**

1. Materac przeciwoodleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do 3 stopnia,

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

2. Materac wyposażony w 16 pojedynczych komór, wykonanych z PCV wzmocnionego nylonem, które w zależności od potrzeb można wymienić,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

3. Konstrukcja materaca umożliwia do 24 godzin pracy trybie transportowym. Komory powietrzne w części głowy statyczne stabilizujące głowę chorego – 3 komory stale wypełnione powietrzem. Pozostałe komory zmiennociśnieniowe/ statyczne z technologią wspomagającą wentylację skóry – funkcja iMAL. Wyraźnie oznakowany CPR umieszczony

od strony głowy pacjenta w formie taśmy. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

4. Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne bez klapy zabezpieczającej. Dolna część materaca wyposażona w 4 gumowe taśmy na rogach materaca. Pokrowiec przystosowany do prania w temperaturze 60°C i do chemicznej dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

5. Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy (zmiennociśnieniowy/ statyczny), wybór czasu cyklu pracy: 10/15/20 minut w trybie zmiennym, regulacja ciśnienia manualna za pomocą pokrętła w zależności od wagi pacjenta, alarmy wizualne i dźwiękowe z funkcją wyciszenia: braku zasilania, niskiego ciśnienia, serwisowy. Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny, Po 30 min. od włączenia trybu statycznego materac automatycznie wraca do poprzedniego ustawienia.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

6. Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. Zasilanie 230V/50Hz, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego 280-380cm.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

7. Limit wagi pacjenta 200kg. Wymiary materaca 200 x 85 x 13cm (±1cm).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**1. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 1 – parametry wymagane pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy który pracuje w trybie zmiennym, posiada aktywną terapię 1w4 na całej powierzchni, posiada 27 komór?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**2. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 1 – parametry wymagane pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści materac który umożliwia transport pacjenta do 12 godzin ale komory w części głowy pracują tak samo jak na całej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**3. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 1 – parametry wymagane pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści materac który nie posiada pasów?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**4. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 1 – parametry wymagane pkt. 6**

Co Zamawiający dopuści materac z pompą, która posiada: wybór trybu pracy na trzech poziomach i każdy cykl trwa 10-30 minut, posiada też funkcje maksymalnego ciśnienia statycznego który przez 15 minut przed powrotem do poprzedniego trybu?

Nasz materac same dostosowują się do masy pacjenta nie trzeba nic ustawiać.

Napełnienie komór to tylko 15-20 minut.

Nasza pompa nie posiada żadnych części zużywalnych.

Czy Zamawiający dopuści w/w parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**5. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 1 – parametry wymagane pkt. 7**

Co Zamawiający dopuści materac z wagą maksymalną 250 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**6. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 1 – parametry wymagane pkt. 8**

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 240 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**7. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 2 – parametry wymagane pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w co najmniej 30 komór?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**8. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 2 – parametry wymagane pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści materac który nie posiada pasów?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**9. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 2 – parametry wymagane pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści pompę z takimi samymi parametrami jak pytaniu nr 4?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

**10. Pytanie do zał. 4 do Zaproszenia, część 2 – parametry wymagane pkt. 7**

Czy zamawiający dopuści materac o obciążeniu maksymalnie 200 kg i wysokości 180 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w parametru.**

**Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg - poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac o parametrach zbliżonych do wymaganych, opisany poniżej?

1. Materac przeciwoodleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni.

**Odpowiedź: Tak.**

2. Materac przeciwoodleżynowy kładziony bezpośrednio na ramę łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego (piankowego).

**Odpowiedź: Tak.**

3. Materac wyposażony w 18 pojedynczych poprzecznych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeb można wymienić.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

4. Funkcja transportu uruchamiana jednym przyciskiem na pompie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

5. Trzy statyczne komory powietrzne w sekcji głowy, stale wypełnione powietrzem, stabilizują głowę chorego. Pozostałe komory zmiennociśnieniowe/ statyczne z technologią wspomagającą wentylację skóry.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

6. Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie zaworu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

7. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu.

**Odpowiedź: Tak.**

8. Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne bez okapnika. Pokrowiec przystosowany do prania w temperaturze 60°C i do chemicznej dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

9. Dolna część materaca wyposażona w sześć pasów umożliwiających przymocowanie materaca do ramy łóżka.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

10. Jeden dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca.

**Odpowiedź: Tak.**

11. Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje:

- wybór trybu pracy - zmiennociśnieniowy, statyczny, CLP-stałego niskiego ciśnienia,
- wybór czasu cyklu pracy 10/15/20/25/30min. w trybie zmiennociśnieniowym,
- wyciszenie alarmu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

12. Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca: zmiennociśnieniowy, statyczny, stałego niskiego ciśnienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

13. Tryb maksymalnego wypełnienia pozwala uzyskać płaską powierzchnię materaca np. do czynności pielęgnacyjnych, po 20min. materac automatycznie wraca do poprzedniego wybranego trybu pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

14. Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia, braku zasilania oraz serwisowy. Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. Zasilanie 230V/50Hz, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego 350-380cm.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

15. Funkcja przechyłów bocznych oraz jedno- lub obustronnej rotacji pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

16. Limit wagi pacjenta 255kg.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

17. Wymiary materaca 200 x 90 x 21 cm ( $\pm 1$ cm).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

## Część 1

### Poz.1

Ad.3 Czy zamawiający dopuści materac z funkcją transportową umożliwiającą 6 godzin pracy w transporcie? Transport pacjenta na materacu przeciwodleżynowym nie trwa nigdy aż 6 godzin zatem 6 godzin funkcji transportowej jest i tak parametrem przewyższającym potrzeby.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

Ad.6 Czy zamawiający dopuści materac z pompą bez możliwości wyboru długości trwania cyklu z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie? Chcielibyśmy zaproponować przebadaną klinicznie przez profesjonalnego dostawcę materacy przeciwodleżynowych, międzynarodowy koncern pompę o stałym cyklu zmian ciśnienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

### Poz.2

Ad.5 Czy zamawiający dopuści materac z pompą bez możliwości wyboru długości trwania cyklu z zachowaniem pozostałych wymagań w tym punkcie? Chcielibyśmy zaproponować przebadaną klinicznie przez profesjonalnego dostawcę materacy przeciwodleżynowych, międzynarodowy koncern pompę o stałym cyklu zmian ciśnienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy specyfikacji przedmiotu zamówienia zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.**

Ad.7. Czy zamawiający dopuści materac z wysokością komór 20cm, z zachowaniem pozostałych wymaganych wymiarów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w parametru.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)