

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, postępowanie DZPZ/333/184/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Dotyczy części 5**

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania układu oddechowego do aparatu Neopuff, zawierającego ramię wdechowe niepodgrzewane, o długości linii wdechowej min. 120 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania układ oddechowy do aparatu Neopuff o wyżej opisanych parametrach.**

**Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dot. kar umownych:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 15% wartości brutto niedostarczonego towaru.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

**Zamawiający informuje, że w przypadku zaferowania przedmiotu zamówienia dopuszczonego odpowiedziami na powyższe pytania, Wykonawca powinien umieścić stosowną informację w Formularzu cenowym.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)