

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca oraz przegląd techniczny strzykawk automatycznych Angiomat Ilumena, postępowanie DZPZ/333/85/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca oraz przegląd techniczny strzykawk automatycznych Angiomat Ilumena, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie;

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oddzielnych ofert cenowych na: 1. Przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca oraz 2. Przegląd techniczny strzykawk automatycznych Angiomat Ilumena?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na złożenie oddzielnych ofert cenowych.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 10.04.2018 r.?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.04.2018 r.

3. Czy Zamawiający wymaga od każdego Wykonawcy przedstawienia przed podpisaniem umowy aktualnych certyfikatów SEP E D w celu zapewnienia rzetelnego wykonania usługi mając na celu przede wszystkim dobro pacjentów (Przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę w/w certyfikatów.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy przedstawienia na etapie składania ofert listy symulatorów wraz z aktualnymi wzorowaniami niezbędnych do wykonania usługi (Przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w/w listy z aktualnymi wzorowaniami.

5. Czy Zamawiający wymaga na etapie składania ofert od każdego Wykonawcy aktualnej autoryzacji w celu zapewnienia rzetelnego wykonania usługi mając na celu przede wszystkim dobro pacjentów (Przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedłożenia aktualnej autoryzacji.

6. Czy Zamawiający wymaga od każdego Wykonawcy przedstawienia przed podpisaniem umowy aktualnych certyfikatów szkoleń inżynierów w celu zapewnienia rzetelnego wykonania usługi mając na celu przede wszystkim dobro pacjentów 9 Przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów szkoleń inżynierów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)