

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: usługa naprawy Fiberobronchoskopu, postępowanie DZPZ/333/109/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: usługa naprawy Fiberobronchoskopu, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Dot. Zapytanie ofertowe DZPZ/333/109/2022, II. Opis przedmiotu zamówienia

Proszę o podanie producenta oraz model urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane urządzenia są następujące: nr fab.: G 111326, producent Pentax.

Pytanie nr 2

Dot. Zapytanie ofertowe DZPZ/333/109/2022, Formularz ofertowy wykonawcy, pkt.2 – Oświadczenia

Zamawiający w formularzu ofertowym wykonawcy wymaga, aby wykonawca oświadczył, że *posiada uprawnienia do wykonania usługi tj. aktualne szkolenie serwisowe w zakresie urządzeń medycznych, będących przedmiotem zamówienia **przeprowadzone przez producenta lub jego autoryzowany podmiot.***

Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie

w zakresie serwisowania urządzeń medycznych, będących przedmiotem zamówienia, **potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty niezależne od producenta.**

Wskazujemy, że zgodnie z art. 16 pkt 1) PZP, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie **uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.**

W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg, aby osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadały aktualne certyfikaty imienne potwierdzające odbycie szkoleń uprawniających do wykonywania napraw urządzenia objętego przedmiotem Umowy, **wydane przez producenta** urządzenia lub inny uprawniony przez **producenta** podmiot z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta nie warunkuje możliwości należytego wykonania zamówienia), a z drugiej utrudniającej uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów, lub nie, wymagane szkolenia).

Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. akt KIO 1859/19. W cytowanym orzeczeniu **Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących** z powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego zamówienia), to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu może stanowić **bezzasadne ograniczenie konkurencji w postępowaniu.**

Podkreślamy, iż w chwili obecnej na rynku istnieje kilku wykonawców zajmujących się serwisem urządzeń medycznych, w tym Fiberobronchoskopu. Pozostawienie ww. zapisów w obecnym kształcie dopuści do udziału w postępowaniu jedynie producenta urządzenia.

W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania urządzeń medycznych, będących przedmiotem zamówienia, potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty niezależne od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania urządzeń medycznych, będących przedmiotem zamówienia, potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez podmioty niezależne od producenta.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Dyrektora WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska