

DZPZ/333/7/2018

Olsztyn, dnia 11.01.2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa rozwiertaka śródszpikowego do zespołów śródszpikowych kości długich, postępowanie DZPZ/333/7/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa rozwiertaka śródszpikowego do zespołów śródszpikowych kości długich, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2,3,4,5,6,7,8 i 9 długość rozwiertaka śródszpikowego do zespołów śródszpikowych kości długich **480mm**?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie rozwiertaka śródszpikowego w w/w pozycjach o długości 480mm.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

.....
(Podpis osoby uprawnionej)