

DZPZ/333/313/2018

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa głowic KTG do odsłuchu tętna płodu do kardiotokografu Philips Avalon FM20, postępowanie DZPZ/333/313/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa głowic KTG do odsłuchu tętna płodu do kardiotokografu Philips Avalon FM20, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Czy Zamawiającemu chodzi o głowicę KTG TOCO czy CARDIO?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia głowic KTG CARDIO.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)