

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa części zamiennych do aparatów do hemodializy AK 96, AK 200, postępowanie DZPZ/333/131/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa części zamiennych do aparatów do hemodializy AK 96, AK 200, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. W związku z brakiem produktu „K15232001, nipple”, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 12 – zamiennika „K63296001 – Nipple, kompatybilnego z aparatem AK 200 i aparatem AK96” o takim samym zastosowaniu.

2. W związku z brakiem produktu „K17991008, concentrate connector female, blue (B)”, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 14 – zamiennika „K40386001 – zawierający komplet do aparatu AK96 wszystkich łączników koncentratu tj.:

- 1x łącznik niebieski męski
- 1x łącznik czerwony męski
- 1x łącznik żółty męski
- 1x łącznik niebieski żeński
- 1x łącznik czerwony żeński
- 2x łączniki żółte żeńskie
- 3x PT Sensor Board
- 2x connector clip
- 4x silicone connector
- 3x lid
- 6x nipple”.

Jednocześnie informuję, że cena zamienników będzie wyższa w stosunku do ceny brakującego produktu, w szczególności w poz. 14, ponieważ zamiennik zawiera wiele różnych elementów.

Odpowiedź dla pyt. 1 i 2: Zamawiający informuje, że wykreśla z zamówienia (formularz cenowy – zał. 2) następujące pozycje: od 12 do 18 i dodaje kolejną pozycję nr 24 – zestaw części K40386001 – 30 szt.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3. Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 29.05.2018 r. do godz. 11:00.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)