

DZPZ/333/162/2021

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa sterylnych osłon na głowicę ultrasonograficzną, postępowanie DZPZ/333/162/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa sterylnych osłon na głowicę ultrasonograficzną, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny osłony o wymiarach 15 x 122 cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie osłony o w/w wymiarach.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)