

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa gazu medycznego przeznaczonego do leczenia krótkotrwałego bólu, postępowanie DZPZ/333/175/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa gazu medycznego przeznaczonego do leczenia krótkotrwałego bólu, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Formularz asortymentowo – cenowy**

1. Czy w związku z opisem przedmiotu zamówienia, gdzie Zamawiający zawarł dzierżawę wózka/stojaka do butli z mieszaniną gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O<sub>2</sub> i 50% N<sub>2</sub>O), oferowane butle z w/w mieszaniną mają posiadać stabilną i jednolitą podstawę ? (bez żadnych dodatkowych mocowań, kółeczek, zaczepów itp.), umożliwiającą stabilny oraz w pełni bezpieczny transport oraz mobilność w/w butli, eliminując przy tym potencjalne niebezpieczeństwo dla personelu oraz pacjentów związane z wagą oraz gabarytem butli z gazem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia o w/w parametrach.**

2. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędnych do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem) mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia o w/w parametrach.**

**Pytanie 1**

Czy w związku z tym, iż mieszanina jest stosowana w położnictwie, to czy Zamawiający wymaga aby informacja ta była zawarta w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty ?

**Odpowiedź: Zgodnie z wymogami w formularzu cenowym Zamawiający wymaga aby gaz medyczny był produktem leczniczym z zastosowaniem w położnictwie.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający mógłby rozdzielić do osobnych pozycji dzierżawę butli, dzierżawę zaworu oraz dzierżawę wózka ? Pozwoli to Wykonawcom lepiej skalkulować cenę, jak również należy zwrócić uwagę na to iż na dzierżawę butli i zaworu stosowana jest inna stawka VAT niż na dzierżawę wózka, który nie jest wyrobem medycznym.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia do złożenia oferty cenowej, nie wyraża zgody na rozdzielenie w/w pozycji.**

Pytanie 3 do wzoru umowy

Proszę o wykreślenie z wzoru umowy możliwości składania zamówień faksem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze wzorem umowy zamówienia mogą być składane również e-mailem.**

Pytanie 4

W Załączniku nr 2 w punkcie 3 jest mowa o dzierżawie butli, natomiast we wzorze umowy w paragrafie 1 ust. 4 jest mowa o tym, iż Wykonawca zobowiązuje się do napełniania butli będących własnością Zamawiającego.

Proszę o zweryfikowanie, czy nie doszło do omyłki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa butli.**

**W projekcie umowy zostanie dokonana zmiana w tym zakresie.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)