

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa zaawansowanego stymulatora resynchronizującego (CRTP) z elektrodami. postępowanie DZPZ/333/185/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa zaawansowanego stymulatora resynchronizującego (CRTP) z elektrodami, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie urządzenia crtp czteropolowego o masie 31,2,g oraz 2 krzywizn elektrod lewokomorowych do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający zgodza się na dostarczenie urządzenia crtp czteropolowego o masie 31,2,g oraz 2 krzywizn elektrod lewokomorowych do wyboru.

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 30 g, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 30 g, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)