

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa zestawów do chirurgii biodra, postępowanie DZPZ/333/188/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa zestawów do chirurgii biodra, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:


**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

| skład  | rozmiar       | ilość  |
|--|---------------|--------|
| serweta samoprzylepna, wzmocniona, z wycięciem „U”<br>o wymiarach 8,5cm x 85cm, z organizatorami przewodów | 200cm x 260cm | 1 szt. |
| serweta samoprzylepna, wzmocniona, z organizatorami przewodów  | 170cm x 300cm | 1 szt. |
| serweta samoprzylepna  | 160cm x 180cm | 1 szt. |
| ręcznik chłonny  | 30cm x 30cm   | 4 szt. |
| taśma samoprzylepna  | 10cm x 50cm   | 2 szt. |
| elastyczna osłona na kończyne  | 35cm x 120cm  | 1 szt. |
| wzmocniona osłona na stół Mayo - czerwona  | 80cm x 140cm  | 1 szt. |
| serweta wzmocniona na stół instrumentalny  | 150cm x 190cm | 1 szt. |



200x260cm  
1szt./pc.



170x300cm  
1szt./pc.



160x180cm  
1szt./pc.



30x30cm  
4szt./pcs




10x50cm  
2szt./pcs



35x120cm  
1szt./pc.



80x140cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.


|  |
|--|
| 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów                                       |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów  |
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2   |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2   |
| 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2   |
| 1 x serweta elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 35 cm x 120 cm   |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.   |

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.**


## Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:


| skład   | rozmiar       | ilość  |
|---|---------------|--------|
| serweta samoprzylepna, wzmocniona, z wycięciem „U” o wymiarach 20cm x 100cm, z organizatorami przewodów | 230cm x 260cm | 1 szt. |
| serweta samoprzylepna, wzmocniona, z organizatorami przewodów   | 150cm x 240cm | 1 szt. |
| serweta samoprzylepna, wzmocniona, z organizatorami przewodów   | 180cm x 180cm | 1 szt. |
| serweta samoprzylepna, wzmocniona, z organizatorami przewodów   | 75cm x 90cm   | 2 szt. |
| ręcznik chłonny   | 30,5cm x 34cm | 4 szt. |
| taśma samoprzylepna   | 10cm x 50cm   | 3 szt. |
| elastyczna osłona na kończybę   | 30cm x 120cm  | 1 szt. |
| bandaż elastyczny   | 10cm x 450cm  | 1 szt. |
| wzmocniona osłona na stolik Mayo  | 80cm x 145cm  | 1 szt. |
| serweta wzmocniona na stół instrumentalny   | 150cm x 190cm | 1 szt. |



230x260cm  
1szt./pc.



150x240cm  
1szt./pc.



180x180cm  
1szt./pc.



75x90cm  
2szt./pcs



30,5x34cm  
4szt./pcs



10x50cm  
3szt./pcs



30x120cm  
1szt./pc.



10x450cm  
1szt./pc.



80x145cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

Materiał serwet dwuwarstwowy (włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m2 + folia PE o gramaturze 30g/m2), chłonny (600%) i nieprzemakalny laminat, o łącznej gramaturze 60g/m2; w strefie krytycznej dodatkowo warstwa wzmocnienia SM (spunbond, meltblown) o gramaturze 80g/m2 i chłonności 680%, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 140g/m2

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w zestawu ze względu na niską gramaturę.**

### **Pytanie 3**

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii biodra, wykonanego z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, z dodatkowym wzmocnieniem wokół pola operacyjnego, o gramaturze 110g/m<sup>2</sup>. Zaoferowany zestaw posiada zamiast 1 serwety samoprzylepnej o min. wymiarach 75cm x 90cm, 1 serwetę nieprzylepną o wymiarach 75cm x 90cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.**

### **Pytanie 4**

#### **Zestaw do chirurgii biodra**

Prosimy o dopuszczenie zestawów wykonanych z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> (wymagane 57,5 – 62 g/m<sup>2</sup>), spełniających pozostałe parametry SIWZ.

**W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie materiały trójwarstwowego o gramaturze 74g/m<sup>2</sup> mającego znacznie lepsze parametry użytkowe niż materiał dwuwarstwowy.**

Oferowane przez nas fartuchy i obłożenia spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 i są stosowane w wielu ośrodkach w Polsce.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.**

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw do chirurgii biodra w skład którego wchodzi:

- 1) 1 serweta na stół instrumentariuszki 140-150cmx190cm,
- 2) 1 serweta na stół Mayo 78cmx145cm,
- 3) 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze minimum 200cmx260cm z wycięciem w kształcie litery U o wym. 20x85cm, wzmocnienie w obszarze krytycznym,
- 4) 1 serweta samoprzylepna o wym. 150cmx300cm,
- 5) 1 serweta nieprzylepna o min. wym. 100cmx150cm,
- 6) 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm,
- 7) 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókna.

Wszystkie serwety wykonane z materiału 2 warstwowego o gramaturze 57,5-62 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienia. Materiał obłożenia spełniający normy EN 13795 1-3. Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.**

### **Pytanie 6**

#### **– dotyczy Zapisów Zaproszenia**

Zgodnie z zapisem w pkt. VII zaproszenia, Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oferty cenowej w formie skanu drogą elektroniczną. Jednocześnie w pkt. V.5 Zamawiający wymaga dostarczenia próbki oferowanego zestawu. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie do którego dnia należy dostarczyć próbkę oferowanego zestawu?

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że próbki należy dostarczyć do dnia 16.11.2017 r. na adres: [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, ul. Żołnierska 16 B, 10 – 561 Olsztyn, pok. 2 / 9. Ofertę można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: \[zamowienia@wss.olsztyn.pl\]\(mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl\)](mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl)**

**Pytanie 7**

**Pakiet 1 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie: 1 serweta 225 x 270 cm z wycięciem U, 1 osłona ortopedyczna o wymiarach 33 x 110 cm, 1 taśma samoprzylepna? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w zestawu.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)