

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa wyposażenia do gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej: podologiczny fotel zabiegowy z taboret, frezarka do modzeli, zestaw do badania neuropatii, komplet narzędzi chirurgicznych, postępowanie DZPZ/333/147/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa wyposażenia do gabinetu leczenia zespołu stopy cukrzycowej: podologiczny fotel zabiegowy z taboret, frezarka do modzeli, zestaw do badania neuropatii, komplet narzędzi chirurgicznych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Jednym z wymogów jest to aby fotel podologiczny był wyposażony w blokowane koła umożliwiające przesuwanie. Niestety żaden z foteli podologicznych w klasie medycznej 2A dostępnych na rynku nie posiada takiej funkcji. Ze względów bezpieczeństwa są one umieszczane na solidnych podstawach. Możliwe jest oczywiście przesuwanie fotela, ale nie posiada on wspomnianych w specyfikacji kół. Stąd pytanie czy fotek bez takich kół zostanie dopuszczony do przetargu. Jednocześnie informuję, że pozostałe normy są spełnione jak również fotel posiada dodatkowe funkcje nie wymienione w specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania fotela wyposażonego w kółka zgodnie z opisem zaproszenia do złożenia oferty cenowej. Zamawiający informuje, że nie stawia wymogu zaoferowania fotela który jest wyrobem medycznym. Fotel podologiczny powinien spełniać opis przedmiotu zamówienia zawarty w formularzu cenowym.
2. Pytanie drugie dotyczy taboretu w komplecie do fotela. Oczywiście taki posiadamy, w kolorze takim samym jak fotel, nie jest to jednak produkt medyczny. Czy taboret taki będzie dopuszczony do przetargu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania taboret nie będący wyrobem medycznym a spełniający opis przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
3. Ostatnie pytanie dotyczy paragrafu 5 projektu umowy, który mówi o zapewnieniu rozładunku oraz transportu wewnętrznego. Co do pierwszego punktu jest to oczywiste, natomiast nie mamy możliwości zapewnić transportu wewnętrznego (sprzęt trafia do Państwa bezpośrednio z Niemiec, a tu nie mamy usługi rozstawienia sprzętu). Czy możliwe jest dostarczenie sprzętu pod wskazany adres bez opcji wniesienie. Ewentualnie po wcześniejszej akceptacji ceny z naszej strony czy możliwe jest rozstawienie sprzętu wewnątrz Państwa szpitala przez firmę zewnętrzną która zostanie wybrana przez Państwa z racji znajomości rynku lokalnego, tak jak wspomniałem po wcześniejszej akceptacji ceny z naszej strony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia sprzętu do magazynu zamawiającego przy ul. Żołnierskiej 16A.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)