DZPZ/333/134/2018

Olsztyn, dnia 21.05.2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości

uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: wykonanie przeglądu technicznego defibrylatorów, postępowanie DZPZ/333/134/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: wykonanie przeglądu technicznego defibrylatorów, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie posiadających autoryzacji/certyfikatów producenta tj. na zasadzie "równoważnego" warunku także wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009, a także PN-EN ISO 13485:2012 lub certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne podmioty. Przywołanie warunkach zapytania ofertowego wymogu autoryzacji sprawia, że jest to postępowanie ukierunkowane wyłącznie na jednego wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści do udziału w postępowaniu także Wykonawców nie posiadających autoryzacji u producenta defibrylatorów, dopuści również wykonawców którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E", „D") certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne podmioty niż producent.

2.
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu także Wykonawców nie posiadających autoryzacji u producenta defibrylatorów wymienionych w zapytaniu, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami, z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012, personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej

działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E", „D") certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne podmioty niż producent.

Z uwagi na okoliczność, iż wymóg wykazania się przez wykonawców posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że „*W zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90 ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że* ***ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę****. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego*". (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści do udziału w postępowaniu także Wykonawców nie posiadających autoryzacji u producenta defibrylatorów, dopuści również wykonawców którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E", „D") certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne podmioty niż producent.

3.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie uwzględnił wymiany akumulatorów. Należy wycenić ofertę za sam przegląd defibrylatorów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22.05.2018 r.

…….
(*Podpis osoby uprawnionej*)