

DZPZ/333/192/2018

Olsztyn, dnia 22.08.2018 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa fartuchów ochronnych radiologicznej i ochrony na tarczyce dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, postępowanie DZPZ/333/192/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa fartuchów ochronnych radiologicznej i ochrony na tarczyce dla Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Proszę o informację czy zamawiający dopuści fartuchy: typ garsonka z pasem jako dodatkowy element a nie wszyte w kamizelkę. Opis prawdopodobnie jest pod jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zaproszenia do złożenia oferty cenowej zawarte w formularzu cenowym. Pasy nie powinny stanowić odrębnego elementu garsonki.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)