

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa wyrobów medycznych: przewodniki specjalistyczne i cewniki diagnostyczne - powtórzenie, postępowanie DZPZ/333/23/2023

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa wyrobów medycznych: przewodniki specjalistyczne i cewniki diagnostyczne - powtórzenie, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Czy Zamawiający dopuści uznane na rynku cewniki dostępne w wersji cardio i endo:

Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń: - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic

- typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk, PIER

- cewnik zbudowany z poliuretanu lub nylonu do wyboru.

- marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika

- cewnik zbrojony opłotem stalowym lub do wyboru bez opłotu.

- pokrycie hydrofilne dla wybranych krzywizn jak: MPA, Cobra, SIM, Headhunter, Berenstein, Vertebral,

- dobra sterowalność 1:1

- średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s

- średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21ml/s

- średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s

- długość od 40cm STR, Berenstein poprzez 65cm do 125cm pozostałe krzywizny.

- akceptujące przewodnik .035”; .038”x

- wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie wyżej opisanego cewnika.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcy Dyrektora

Jerzy Górny