

DZPZ/333/25/2021

Olsztyn, dnia 25 lutego 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 180  
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości  
uczestników postępowania***

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa kaset RTG z ekranami, postępowanie DZPZ/333/25/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie poniżej 130 tys. na realizację zadania: dostawa kaset RTG z ekranami, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1** – Czy Zamawiający oczekuje kaset RTG czułych na światło zielone, czy na światło niebieskie?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że oczekuje kaset czułych na światło pasujących do skanera CR975 produkcji Kodak 2008.

**Pytanie 2** – Prosimy o informację jakiego wzmocnienia kaset oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że oczekuje kaset o 1 wzmocnieniu pasujących do skanera CR975 produkcji Kodak 2008.

Czy zapytanie dotyczy dostawy kaset RTG z ekranami do skanera CR975 produkcji Kodak zainstalowanego w maju 2008 roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zapytanie dotyczy dostawy kaset RTG z ekranami do skanera CR975 produkcji Kodak zainstalowanego w maju 2008 roku.

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*  
(Podpis osoby uprawnionej)