

DZPZ/333/26/2021

Olsztyn, dnia 25 lutego 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa papieru do medycznych urządzeń pomiarowych, postępowanie DZPZ/333/26/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa papieru do medycznych urządzeń pomiarowych, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1, poz.13

Czy Zamawiający ma na myśli papier o rozmiarze 110x140x200 do aparatu MAC 800.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie w/w papieru.

Pytanie 2, poz. 16

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru, na ile metrów w rolce należy zaoferować papier.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość rolki powinna wynosić 20 m.

Pytanie 3, poz. 17

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru, oraz czy papier ma posiadać perforację czy nie, lub podanie nazwy aparatu KTG.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że papier nie musi posiadać perforacji.

Pytanie 4, poz.10

Prosimy o wyjaśnienie zapisu, czy nie nastąpiła pomyłka w rozmiarze papieru, ponieważ wg danych Producenta do defibrylatora CardioAid 100B wymagany jest papier w rozmiarze 50mmx20m bez nadruku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wyżej wymienionego papieru.

Pytanie 5, poz.1

Czy Zamawiający ma na myśli papier KP-65HM (110x20) firmy Mitsubishi/oryginalny, czy firmy Sony o tej samej czułości np. UPP-110HD, ponieważ w opisie podany został symbol firmy Mitsubishi a producent Sony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania papieru oryginalnego SONY zgodnie z opisem w Zaproszeniu.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)