

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości  
uczestników postępowania**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa papieru do medycznych urządzeń pomiarowych, koszy i mydła w płynie, postępowanie DZPZ/333/123/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa papieru do medycznych urządzeń pomiarowych, koszy i mydła w płynie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Część 1 poz.1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier nieoryginalny tzn. innego producenta niż firma Sony, będący zamiennikiem papieru oryginalnego?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru oryginalnego.**

**Część 1 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie ww papieru w rozmiarze 210x280x215 kartek z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj.9 bl.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru zgodnie z zapisami poz. 4 formularza cenowego.**

**Część 1 poz.10**

Czy zamawiający dopuści w ww. pozycji papier do defibrylatora Cardio-Aid o rozmiarze 57 mm x 30 m?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowanie papieru o w/w rozmiarze.**

**Część 1 poz.10**

Czy zamawiający dopuści w ww. pozycji papier do defibrylatora Cardio-Aid o rozmiarze 58 mm x 18 m?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie papieru o w/w rozmiarze.**

**Część 1 poz.13**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji można zaoferować papier nieoryginalny, kompatybilny do aparatu Hellige Mac 800 o rozmiarze 110 x 140 mm x 200 kartek jako odpowiednik oryginalnego papieru GE o nr kat. 2036970-001?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru PROMED zgodnie z zapisami formularza cenowego.**

**Część nr 1 poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie ww papieru kompatybilnego, nieoryginalnego do aparatu Schiller Cardiovit AT-102 w rozmiarze 210x280 x160 z przeliczeniem wymaganych ilości tj.32 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru oryginalnego.**

**Część nr 1 poz.14**

Prosimy o dopuszczenie ww papieru kompatybilnego, nieoryginalnego do aparatu Schiller Cardiovit AT-102 w rozmiarze 210x280 x200 z przeliczeniem wymaganych ilości tj.26 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru oryginalnego.**

**Część nr 1 poz.14**

Prosimy o dopuszczenie ww papieru kompatybilnego , nieoryginalnego do aparatu Schiller Cardiovit AT-102 w rozmiarze 210x280 x140 z przeliczeniem wymaganych ilości tj.37 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru oryginalnego.**

**Część 1 poz.16**

Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje ww papieru 110x20m czy też 110x30m?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowanie papieru 110x20m.**

**UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

*Irena Kierzkowska*

*(Podpis osoby uprawnionej)*