

DZPZ/333/11/2019

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2019 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

**Do wiadomości
uczestników postępowania**

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa zestawów i zbiorników stosowanych w terapii podciśnieniowego leczenia ran wraz z dzierżawą aparatów, postępowanie DZPZ/333/11/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa zestawów i zbiorników stosowanych w terapii podciśnieniowego leczenia ran wraz z dzierżawą aparatów, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w punkcie 4 oraz 5 dopuści zbiorniki czyste biologicznie o pojemności 300 i 750 ml. Zbiorniki są w układzie zamkniętym z filtrami przez co nie potrzebują być sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza, nie wymaga zaoferowanie w/w zbiorników.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)