

DZPZ/333/201/2017

Olsztyn, dnia 29 listopada 2017 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 180

10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa szkiełek nakrywkowych i podstawowych, postępowanie DZPZ/333/201/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa szkiełek nakrywkowych i podstawowych, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Ponieważ producent aparatu Mythicts Cormay dopuszcza stosowanie w swoich urządzeniach szkiełek podstawowych w rozmiarze 1 x3 inch (cal) wykonanych zgodnie z odpowiednią tolerancją zgodnie z ISO 8037/1, w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępowania szkiełka podstawowe o wymiarze **76x26 mm**, grubości 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami i narożnikami pod kątem 45° z polem do opisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie w/w szkiełek podstawowych pod warunkiem przesłania do Zamawiającego wraz z ofertą próbki oferowanych szkiełek w celu sprawdzenia kompatybilności z aparatem Mythicts Cormay.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)