

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: dostawa dozowników do tlenu i regulatorów próżni, postępowanie nr DZPZ/333/185/2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: dostawa dozowników do tlenu i regulatorów próżni, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wymaga samej dostawy urządzeń czy dostawy z montażem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga samej dostawy.

2. Jeśli Zamawiający wymaga montażu, czy zrezygnuje z tego wymogu, biorąc pod uwagę fakt iż regulatory ssania i dozowniki tlenu są urządzeniami o prostej budowie oraz zasadzie działania. Są dobrze znane personelowi Szpitalnemu?

Rezygnacja z tego wymogu wpłynie na obniżenie wartości oferty. Dostarczona wraz z urządzeniami instrukcja obsługi i montażu pozwoli na samodzielne zamontowanie urządzeń przez personel Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga samej dostawy.

3. Czy Zamawiający dopuści dostawę poprzez firmę kurierską?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści dostawę poprzez firmę kurierską.

4. Czy w części 2, Zamawiający dopuści regulator ssania, którego korpus wykonany jest z wysokiej klasy techno polimeru?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści w/w regulator.

5. Czy Zamawiający dopuści regulatory ssania wyposażone w wielorazowy pojemnik zabezpieczający o pojemności 300 ml, wykonany z policarbonu, który może być sterylizowany w temperaturze 121°C?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści w/w regulator.

6. Czy Zamawiający dopuści dozowniki do tlenu o zakresie regulacji 0-20 l/min, parametr nieznacznie większy od wymaganego, zawierający w swoim zakresie wymagany przepływ 0-17 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuści dozownik do tlenu o płynnej regulacji do 20l/min.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)