

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd i konserwacja generatora OXIPERM PRO OCD, postępowanie nr DZPZ/333/140/2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania: przegląd i konserwacja generatora OXIPERM PRO OCD, do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

1. Prosimy o podanie pełnych danych z tabliczki znamionowej lub przesłanie jej zdjęcia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tabliczka znamionowa nie jest czytelna.

2. Czy któraś z oryginalnych części była wymieniana.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że części - materiały wymieniane są każdorazowo, jeśli jest taka konieczność.

3. Urządzenie jest na gwarancji - czy przeglądy były do tej pory wykonywane regularnie i w takim zakresie, jak podano w ogłoszeniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenie nie jest na gwarancji. Przeglądy robione są corocznie.

4. W OPZ zawarli Państwo zapis o przeglądzie serwisowym stacji uzdatniania wody. Prosimy o uszczegółowienie oczekiwań.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zamawiający pisząc w zaproszeniu "przeład stacji uzdatniania" miał na myśli stację uzdatniania ciepłej wody .

5. Przetarg został opublikowany we wtorek 22.09, ofert oczekujecie Państwo w piątek 25.09. Prosimy o wyjaśnienie, czy generator jest w stanie awarii i wymaga pilnej naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zaproszenia, termin realizacji zamówienia wyznaczył do 28 dni od podpisania umowy. Przegląd jest przewidziany w corocznym planie przeglądów.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)