

DZPZ/333/15/2021

Olsztyn, dnia 10 lutego 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym, postępowanie DZPZ/333/15/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

1.

Proszę o korektę ochronności asortymentu - "Osłona na tarczycę, równoważnik ołowiu min. 0,25 mmPb. "

Współczynnik 0,25mmPb w przypadku osłon na tarczycę jest NIEZGODNY z obecnie obowiązującymi przepisami i osłona w tym współczynniku nie może być używana.

Polska norma PN-EN 613331-3:2015 wymaga ochronności nie mniejszej niż 0,35mmPb.

W związku z tym osłony na tarczycę 0,25mmPb nie są już produkowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany załącznika nr 2 do Zaproszenia (formularz cenowy – poz. 2).

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)