

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Uprzejmie proszę o odpowiedzi na pytania dotyczące lodówki:

1). Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 46 litrów?

Zamawiający informuje, iż dopuści urządzenie o pojemności 46 litrów z zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych określonych w zaproszeniu.

2). Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie będące wyrobem medycznym? Nie ma na rynku urządzeń sklasyfikowanych jako medyczne.

Zamawiający informuje, iż dopuści urządzenie niemedyczne spełniające posiadające wszystkie parametry wymagane określone w zaproszeniu.

Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę sprzętu na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, do dnia 12 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

DYREKTOR

WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)