

DZPZ/333/44/2021

Olsztyn, dnia 19 marca 2021 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie poniżej 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa kłamy do wyciągu i kłamy do wyciągu za czaszkę - potwierdzenie, postępowanie DZPZ/333/44/2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie poniżej 130 tys. na realizację zadania: dostawa kłamy do wyciągu i kłamy do wyciągu za czaszkę - powtórzenie, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania kłamy do wyciągu czaszkowego z zakresem rozstawu regulacji ramion 100-210mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza kłamy do wyciągu czaszkowego z zakresem rozstawu regulacji ramion 100-210mm.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR WSS W OLSZTYNIE

Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)