

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii, postępowanie DZPZ/333/69/2022

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: dostawa zestawu narzędzi chirurgicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Proszę o informację w poz. 6,7 8 jakiego typu skalpele są wymagane czy brzuszaste czy szpiczaste?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby skalpel z poz. 7 był brzuchaty, natomiast skalpele z poz. 6 i 8 szpiczaste.

Czy w poz.8 zamawiający dopuści skalpel dł. 15cm lub 16cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych rozmiarów. Podtrzymuje długość podaną w zał. 2 do Zaproszenia.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.3 Nóż o dł. ostrza 105 mm.

Lp.8 Skalpel o dł. 160 mm.

Lp.16 Ucinacz do żeber Gluck o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych rozmiarów. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w zał. 2 do Zaproszenia.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępca Dyrektora

Jerzy Górny