

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy sprzętu jednorazowego użytku do badań i zabiegów diagnostyczno- interwencyjnych oraz sprzętu mechanicznego do przezskórnego usuwania elektrod (Ogłoszenie nr 566010-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30 maja 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 5

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zaferowanie przewodników diagnostycznych o długości 175 cm zamiast 180 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaferowania przewodników o długości 175 cm zamiast 180 cm , przy zachowaniu pozostałych parametrów.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)