

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi II :

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę **osobistych pomp insulinowych.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Dotyczy formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 4 do Zaproszenia)

Prosimy o odpowiedź na pytanie dot. następującego zapisu w Załączniku 4 do SIWZ dla Części 1, wiersz 10: "Wykonawca oferuje w cenie umowy program i urządzenie konieczne do szczytywania danych na komputer."

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia w cenie umowy tylko jednego urządzenia czy jednego urządzenia do każdej pompy (czyli w sumie dziesięciu urządzeń w cenie umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania w cenie umowy programu i urządzenia do odczytywania danych dla każdej pompy.

DYREKTOR

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)