

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

**Pytania i odpowiedzi II:**

***Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę 3 aparatów do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ***

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

Prosimy o dopuszczenie aparatu jak niżej:

Dotyczy pkt. 33 załącznik nr 4 – Obliczanie Kt/V na podstawie danych pacjenta oraz zabiegu.  
Pozostałe zapisy bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania aparatów z powyższym parametrem.***

DYREKTOR  
WSS w Olsztynie  
Irena Kierzkowska

*(Podpis osoby uprawnionej)*