

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
**ul. Żołnierska 18**  
**10 – 561 Olsztyn**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego (Ogłoszenie nr 119993 - 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 05 lipca 2016r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

### **Dotyczy pakietu nr 3**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na odwapniacz do tkanek zwapniałych i trepanobiopsji na bazie kwasu chlorowodorowego w op. 1L (produkt do diagnostyki in vitro) w ilości 4 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania odwapniacza do tkanek zwapniałych i trepanobiopsji na bazie kwasu chlorowodorowego w opakowaniach po 1 L w ilości 4 sztuk.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania odwaniacza elektrolitycznego w opakowaniach 2,5 litra w ilości 2 op. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania odwaniacza elektrolitycznego w opakowaniach 2,5 litra w ilości 2 op.

### **Dotyczy pakietu nr 4**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opakowań na 50 oznaczeń czyli pięciu sztuk, które pozwolą wykonać 250 preparatów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania opakowań po 50 oznaczeń z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości.

**Dotyczy pakietu nr 5**

**Pytanie nr 4**

poz. 1 Czy zamawiający dopuści pałeczki o wymiarach 150 x 2,2 mm, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w pozycji 1 pałeczki o wymiarach 150 x 2,2 mm, pozostałe wymagania jak w SIWZ .

**Pytanie nr 5**

poz.2 Czy zamawiający dopuści pałeczki o wymiarach 150 x 2,2 mm, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w pozycji 2 pałeczki o wymiarach 150 x 2,2 mm, pozostałe wymagania jak w SIWZ

**Pytanie nr 6**

poz.6 Czy Zamawiający miała na myśli probówki stożkowe czy okrągłodenne? Prosimy o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania probówek stożkowych lub okrągłodennych .

**Pytanie nr 7**

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wymazówki z wacikiem wiskozowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania w pozycji 2 wymazówek z wacikiem wiskozowym .

**Pytanie nr 8**

Poz. 8 – Prosimy o uściślenie czy zamawiający wymaga końcówek typu Gilson o pojemności 0,1-10 µl czy 100-1000.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typ Gilson o pojemności 0,1-10 ul.

#### **Dotyczy pakietu nr 8**

##### **Pytanie nr 9**

Ze względu na wielkość opakowań szkiełek podstawowych (po 50 szt.) prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje na wyceny 1157 op. (tj. 57850 szt.) czy 1158 op. (tj. 57900 szt.)? Pragniemy zaznaczyć, iż szkiełka podstawowe są zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U.2015.876 z dnia 2015.06.24). W związku z powyższym wynika niepodzielność opakowań wyrobów medycznych - niedozwolona jest sprzedaż opakowań podzielonych na sztuki, gdyż każdy produkt musi posiadać etykietę z numerem katalogowym i podstawowymi danymi. Ponadto sprzedaż na sztuki powinna być zgłoszona, jako odrębne opakowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szkiełek podstawowych w opakowaniach po 50 sztuk z dokładnym przeliczeniem wymaganej ilości .

#### **Dotyczy pakietu nr 9**

##### **Pytanie nr 10**

Dotyczy pkt. 4.1 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby foldery zawierające specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia załączone zostały do oferty w postaci plików pdf na płycie CD? Uzasadnienie: każda ulotka zawierająca ww dane posiada średnio ok. 10 stron formatu A4. Umożliwienie złożenia niniejszych dokumentów w postaci elektronicznej znacznie zmniejszy objętość oferty.

**Odpowiedź:** W zakresie pakietu nr 9 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia Folderu – katalogu lub karty charakterystyki lub świadectwo jakości w postaci plików PDF na płycie CD .

##### **Pytanie nr 11**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wyrażenie zgody na złożenie niniejszych dokumentów w osobnym segregatorze, podpisanych za zgodność z oryginałem, wyłącznie na pierwszej stronie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuścił możliwość przedłożenia powyższych dokumentów na płycie CD w postaci plików PDF .

### **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy odczynników z 72 h na 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy , będącego załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia .

### **Pytanie nr 13**

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji zapisów projektu umowy , będącego załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników z 8 ma min. 5 miesiące?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik nr 4 i 7 do SIWZ ).

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana analizatora w przypadku trzech awarii w okresie 6 miesięcy dotyczyła tylko zgłoszeń, które całkowicie uniemożliwiają pracę analizatora i wymagają wizyty serwisu w Laboratorium ?

Uzasadnienie: W szeregu przypadków analizator może zgłaszać błąd, lecz ciągłość pracy analizatora nie zostają przerwane (tzw. błędy niskiego rzędu). W tym przypadku kontakt z serwisem i zgłoszenie problemu nie jest traktowane jako awaria. Przez awarię rozumiany jest przestój analizatora z powodu uszkodzenia niemożliwego do zdalnego usunięcia, gdzie wymagana jest wizyta serwisu na miejscu w Laboratorium

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje , iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik nr 4 i 7 do SIWZ )

**Pytanie nr 16**

Dot. SIWZ, pkt. VI.4.1 – Czy Zamawiający poprzez zapis w punkcie VI.4.1 wymaga dostarczenia ulotek odczynnikowych z numerem katalogowym potwierdzających zgodność zaoferowanego odczynnika z opisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje , iż wymaga Folderu – katalogu lub karty charakterystyki lub świadectwo jakości zawierające opis- specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia z numerem katalogowym, jeżeli dany produkt posiada . W zakresie pakietu nr 9 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia powyższych dokumentów w postaci plików PDF na płycie CD .

**Pytanie nr 17**

Dot. Załącznika nr 8, Pakiet 9, pkt. 2: Czy poprzez zapis „Możliwość wymiany odczynników (dostawianie , wyjmowanie) w czasie pracy analizatora bez przerywania i zatrzymywania analizatora” Zamawiający rozumie taki analizator, który umożliwi wymianę odczynników w trakcie wykonywania analiz bez konieczności pauzowania analizatora, jeśli dany odczynnik nie jest wykorzystywany do oznaczeń w danym momencie?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż jest to parametr oceniany, zatem Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga zaoferowania analizatora posiadającego powyższy parametr.

**Pytanie nr 18**

Dot. Załącznika nr 8, Pakiet 9, pkt. 4: Czy poprzez zapis „Trwałość odczynników na pokładzie po otwarciu do daty ważności odczynnika (dopuszcza się okresowe przechowywanie w lodówce poza analizatorem)” Zamawiający rozumie analizator posiadający karuzelę odczynnikową chłodzoną do temperatury lodówki tj.  $\leq 12^{\circ}\text{C}$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik nr 8 do SIWZ ).

**Pytanie nr 19**

Dot. Załącznika nr 2, Formularz cenowy, Pakiet 9: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynnika do oznaczania Anty-HBs (pozycja 4) o objętości 100 testów w pojedynczym opakowaniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 4 odczynnika pakowanego po 100 testów w opakowaniu.

**Pytanie nr 20**

Dot. Załącznika nr 2, Formularz cenowy, Pakiet 9: Prosimy o doprecyzowanie czy ilość oznaczeń testu HIV Combo to 5200 czy 300? W pozycjach 14 i 15 tabeli podane są różne dla HIV Combo.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik nr 2 do SIWZ ).

**Pytanie nr 20**

Dot. Załącznika nr 2, Formularz cenowy, Pakiet 9: Czy poprzez zapis w pozycji 22 „RubellaIgGModczynnik” Zamawiający rozumie odczynnik do oznaczania przeciwciał **klasy IgM** przeciwko wirusowi różyczki?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie wymaga odczynnika do oznaczania przeciwciał **klasy IgM** przeciwko wirusowi różyczki.

**Pytanie nr 21**

Dot. Załącznika nr 2, Formularz cenowy, Pakiet 9: Czy Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia wymienione w tabeli w sposób ciągły z na bieżąco wpływającymi zleceniami czy będzie zbierał i mroził materiał biologiczny i wykonywał oznaczenia seriami?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje , iż oznaczenia wymienione w pakiecie nr 9 będzie wykonywać w sposób ciągły z na bieżąco wpływającymi zleceniami .

**Pytanie nr 22**

Dot. Załącznika nr 2, Formularz cenowy, Pakiet 9: Czy Zamawiający wymaga, żeby ilość zaoferowanych opakowań odczynników była dostosowana do ich trwałości po otwarciu zgodnie z zapisami w ulotkach odczynnikowych producenta testów a także z wymogiem Zamawiającego w pkt. 14 Załącznika nr 7 do SIWZ, pakiet 9 (Formularz Parametrów Wymaganych)?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

**Pytanie nr 23**

Dot. Załącznika nr 2, Formularz cenowy, Pakiet 9, pkt. 24: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika do oznaczania kortyzolu, który wykonywany będzie metodą bezpośrednią i nie będzie wymagał wcześniejszego przygotowania próbki zarówno dla badań wykonywanych w surowicy, osoczu jak i w moczu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 24 odczynnika do oznaczania kortyzolu, który wykonywany będzie metodą bezpośrednią i nie będzie wymagał wcześniejszego przygotowania próbki zarówno dla badań wykonywanych w surowicy, osoczu jak i w moczu

**Pytanie nr 24**

Dot. Załącznika nr 7, Formularz parametrów wymaganych, Pakiet 9, pkt. 13: Czy Zamawiający poprzez zapis „Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania” rozumie, że wszystkie zaoferowane odczynniki, kalibratory i kontrole nie będą wymagały procesu rekonstrukcji materiału liofilizowanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik nr 7 do SIWZ )

**Pytanie nr 25**

pkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika anty-HBS konfekcjonowanego po 100 ozn. w opakowaniu

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji 4 odczynnika konfekcjonowanego po 100 oznaczeń / testów

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń kwasu walproinowego ( pkt 17), Vankomycyny ( pkt 18) i gentamycyny ( pkt 23 ) metoda immunochemiczną HIA na dzierżawionym od Oferenta analizatorze cobas 6000? W ofercie ujęty zostanie koszt odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych materiałów do wykonania tych badań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania powyższych oznaczeń na dzierżawionym przez Zamawiającego analizatorze Cobas 6000 .

**Pytanie nr 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczeń EBV ( pkt. 19 i 20 ) na dzierżawionym przez klienta analizatorze immunochemicznym Liaison? W ofercie ujęty zostanie koszt odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych materiałów do wykonania tych badań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania powyższych oznaczeń na dzierżawionym przez Zamawiającego analizatorze Liason.

**Pytanie nr 28**

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza wykonywać oznaczenia kortyzolu (poz. 24) w ślinie?

**Odpowiedź :** Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania oznaczeń w pozycji 24 w ślinie .



**Pytanie nr 29**

pkt 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora który posiada 18 pozycji na karuzeli odczynnikowej dla reagentów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora , który posiada 18 pozycji na karuzeli odczynnikowej dla reagentów.

**Pytanie nr 30**

pkt 11: Czy Zamawiający wymaga aby wydajność analizatora min. 80 ozn./godz. dotyczyła wszystkich oferowanych parametrów, niezależnie od typu reakcji jedno- lub dwustopniowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia ( załącznik nr 7 do SIWZ )

**Pytanie nr 31**

pkt 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie części kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji? Proces przygotowania nie jest czasochłonny: raz na kilka miesięcy wystarczy jednorazowo rekonstruować zawartość fiołki przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę), tak przygotowana kontrola/kalibrator, są już w formie płynnej i gotowej do użycia przez dłuższy czas.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania części kontroli i kalibratorów w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji.

**Pytanie nr 32**

pkt 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, gdzie ich trwałość po otwarciu opakowania będzie zgodna z rekomendacjami producenta podanymi w instrukcji wykonawczej każdego odczynnika, a termin ważności podany będzie indywidualnie na opakowaniu dla każdego oferowanego odczynnika?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie nr 33**

pkt 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby sporadycznie ważność dostarczonych odczynników wynosiła 4-8 miesięcy? Wynika to z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu.

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( załącznik nr 4 i 7 do SIWZ )

#### **Pytanie nr 34**

**pkt 2:** Czy Zamawiający oceni równocześnie analizator, gdzie wymiana i dostawianie odczynników odbywa się w trybie stand-by, z szybkim czasem przechodzenia do trybu pracy rutynowej - poniżej 5 minut?

**Odpowiedź :** Zamawiający informuje , iż powyższy parametr jest parametrem ocenianym , zatem Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowanie analizatora z powyższymi parametrami .

#### **Dot.: Załącznik nr 3 do SIWZ**

#### **Pytanie nr 35**

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ ) .

#### **Pytanie nr 36**

Par. 8 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ)

#### **Pytanie nr 37**

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ).

**Dot.: Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Pytanie nr 38**

Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie dokonał zmiany w zapisach projektu umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ) .

**Pytanie nr 39**

Par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).

**Pytanie nr 40**

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w niniejszym postanowieniu umowy były liczone w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).

**Pytanie nr 41**

Par. 4 ust. 1 oraz ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godz” na „godz. w dni robocze”?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie dokonał zmiany zapisów w projekcie umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).

**Pytanie nr 42**

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).

**Pytanie nr 43**

Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).

**Pytanie nr 44**

Par. 11 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Par. 17 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru

**Odpowiedź:** Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ).

( Podpis osoby uprawnionej )