

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na wybór dostawcy rękawic chirurgicznych

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie rękawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych, obustronnie polimerowanych o anatomicznym kształcie, z mankietem rolowanym, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, sterylizowane radiacyjnie, o AQL =1,0; grubości na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20mm, mankiecie 0,18mm; sile zrywu min. 13N; zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, posiadające badania jednostki niezależnej na przenikanie wirusów wg normy ASTM F 1671, odporne na związki chemiczne wg normy EN 374-3 oraz ASTM F 739-99 (cytostatyki); odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, opakowanie podwójne; wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe, dostępne w rozmiarach 9;8,5;8;7,5;7; 6,5;6?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaferowania rękawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych, obustronnie polimerowanych o anatomicznym kształcie, z mankietem rolowanym, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, sterylizowane radiacyjnie, o AQL =1,0; grubości na palcu 0,23mm, na dłoni 0,20mm, mankiecie 0,18mm; sile zrywu min. 13N; zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, posiadające badania jednostki niezależnej na przenikanie wirusów wg normy ASTM F 1671, odporne na związki chemiczne wg normy EN 374-3 oraz ASTM F 739-99 (cytostatyki); odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, opakowanie podwójne; wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe, dostępne w rozmiarach 9;8,5;8;7,5;7; 6,5;6 przy zachowaniu długości całkowitej rękawic min.295 mm.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie
Irena Kierzkowska
(Podpis osoby uprawnionej)