

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku (Ogłoszenie nr 304584 – 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 02 września 2016r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 1

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego nebulizatora o pojemności 8ml z podziałką skalowaną co 2ml z drenem o długości 2m.

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż dopuszcza możliwość zaoferowania nebulizatora o powyższej pojemności z podziałką skalowaną co 2ml z drenem o długości 2m pod warunkiem posiadania przez nebulizator zastawki oraz spełnienia pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Pytanie nr 2

Czy zamawiający ma na myśli nebulizator z zastawką, po wyjęciu którego obwód oddechowy z wpiętym w niego łącznikiem „T” pozostaje szczelny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania nebulizatora do podawania leków z zastawką pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Pytanie nr 3

Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Dotyczy części nr 3**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika do odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w przypadku cewników do odsysania górnych dróg oddechowych odstąpi od wymogu posiadania wewnętrznej karbowanej części nasadki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach 8, 10, 12, 14, 16, 18 zróżnicowane kolorem nasadki w zależności od rozmiaru. Powierzchnia cewnika zmrożona, która ułatwia proces zakładania cewnika bez użycia dodatkowego żelu. Rozmiar cewnika oraz skrócona nazwa producenta umieszczona na cewniku tuż pod kolorowym konektorem. Z otworem końcowym i dwoma otworami bocznymi. Pakowany sterylnie, na opakowaniu folia – papier nadrukowany numer serii, rozmiar, długość, data ważności oraz pozostałe niezbędne wymagane prawem polskim informacje w języku polskim.

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby wewnętrzna część nasadki cewnika była karbowana. Prośbę swoją motywujemy tym, iż na kilkaset tysięcy sprzedanych cewników nie mieliśmy żadnych reklamacji odnośnie zsuwania się konektora cewnika z końcówki ssaka. Poza tym, do oferty wymagana jest próbka, która zostanie przetestowana przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych o podanych powyżej parametrach (część pierwsza pytania) z zachowaniem wymogu, aby część nasadki cewnika była karbowana (część druga pytania).

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia nasadki na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami- dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie

nakładają obowiązek numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znacznie tańszej ceny.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych bez numerycznego oznaczenia nasadki na cewniku przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 5

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 3 wysokiej klasy cewników do odsysania spełniających wszystkie opisane wymagania, z nasadką wyposażoną w kod barwny, natomiast z kodem numerycznym umieszczonym na opakowaniu cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z nasadką wyposażoną w kod barwny, z kodem numerycznym umieszczonym na opakowaniu cewnika przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ .

Dotyczy części nr 5

Pytanie nr 1

pozycja 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy czysty biologicznie uniwersalny adapter do procedury odsysania w systemie zamkniętym, mini-Bal, podawania leku; ma posiadać port dostępu w osi adaptera i rurki (prosty dostęp bronchoskopem, cewnikiem do dróg oddechowych , bez zaginania tych urządzeń.) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga aby adapter do procedury odsysania w systemie zamkniętym posiadał port dostępu w osi adapter i rurki .

Pytanie nr 2

poz. 1 i 2 Prosimy o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 h do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheostomijnych o długości 30,5 cm z adapterem kątowym o długości 4,5 -10,5 cm do dróg oddechowych cewnik skalowany co 2 cm ,rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komora płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP, z widelkami odłączającymi cewnik od rurki. Cewnik oraz adapter stanowią zestaw gotowy do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania w pozycji 1 i 2 części 5 cewnika do odsysania w systemie zamkniętym o podanych powyżej parametrach .

Dotyczy części nr 6**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w części 6 pozycja 1 okładu ciepło – zimno ze zintegrowaną fizelinową powłoką zewnętrzną zapobiegającą ewentualnemu oparzeniu/odmrożeniu w rozmiarze 25 x 16 cm, produktu biodegradowalnego z możliwością usuwania ze zwykłymi odpadami, jak dotychczas stosowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania jednorazowych okładów ciepło zimno o podanych powyżej parametrach .

Dotyczy części nr 8**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający ma na myśli:

zestaw składający się z 6 niezależnych opakowań o składzie: każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera:

- 2 opakowania oznaczone odpowiednio nr 1 i 4 - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny

- 4 opakowania oznaczone odpowiednio nr 2 , 3, 5 i 6 - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej

czy zestaw składający się z 3 niezależnych opakowań o składzie:

-2 osobne opakowania każde zawierające 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką manualna do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni co umożliwi delikatne czyszczenie dziąseł, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny, 1 gąbkę aplikator

-1 osobne opakowanie zawierające 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką manualną do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 1 jednorazową saszetkę bezalkoholowego, antyseptycznego płynu do płukania jamy ustnej z 7 ml z 0,05% roztworu chlorku cetylopirydyny, 1 jednorazową 2 g saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej oraz 1 gąbkę aplikator.

Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż wymaga zaoferowania zestawu do toalety jamy ustnej z sześcioma niezależnymi opakowaniami . Jednocześnie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o podanych parametrach z pierwszej części pytania (z sześcioma niezależnymi opakowaniami) , natomiast nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o podanych parametrach z drugiej części pytania (z trzema niezależnymi opakowaniami)

Dotyczy części nr 9

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego o następujących właściwościach:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml z mechanizmem sprężynowym , skalowana co 0,5 ml (skala numeryczna co 2 ml) oraz 2 wycieczami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę ,
- Cewnik epiduralny 20 G o długości 100 cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi , wykonany z miękkiego materiału , z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG . Skalowany co 1 cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej) . Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika . Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy ,
- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G(różowa) lub 16G(biała) o długości 90 mm , skalowana co 1 cm , wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu ,
- igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G (szara) o długości 150 mm z możliwością wprowadzenia do igły Touhy , wykonana ze stali nierdzewnej , z systemem blokującym Safeway z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10 mm ,
- płaski filtr epiduralny 0,2um odporny na ciśnienie 8 bar , z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem ,
- łącznik do cewnika epiduralnego ,
- piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatraskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzania do ciała ,
- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o podanych powyżej parametrach .

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego w skład którego wchodzi:

- Cewnik 20G dł. 90 cm , cieniujący w Rtg , z końcówką dystalną zamkniętą – z 3 otworami bocznymi oraz z łącznikiem Easy - lock
- System mocowania cewnika do skóry pacjenta w postaci wyprofilowanego – samoprzylepnego zabezpieczenia.

-Igła Pencil Point 27G dł. 118mm, igła Tuohy 18G dł.80mm z tylnym oczkiem, filtr 0,22μ, strzykawka niskooporowa 10 ml

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o podanych powyżej parametrach .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do kombinowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego CSE zawierający igłę Tuohy 18G (o budowie umożliwiającej wprowadzenie igły PP bez dodatkowego otworu na końcu oraz płynną zmianę głębokości wkłucia igły PP, posiadającą możliwość zablokowania na każdym poziomie oznaczonym w mm na uchwycie igły, z możliwością zdejmowania skrzydełek); igłę podpajęczynówkową Pencil Point 27G posiadającą otwór boczny (z możliwością obrotu igłą o 360 stopni mimo ufixsowania jej w igle Tuohy); cewnik z trzema otworami bocznymi; filtr zewnątrzoponowy 0,2; strzykawkę niskooporową 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika; przewodnik; etykietę cewnika ZO; gąbkę do mocowania cewnika do skóry?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o podanych powyżej parametrach .

Dotyczy części nr 13**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści kompres oczny w rozmiarze 7,5cm x 5,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania kompresu ocznego . Zamawiający wymaga zaoferowania plastikowej osłonki .

Pytania dotyczące treści SIWZ :**Pytanie nr 1**

Dotyczy nr katalogowego: Czy w związku z tym, że nie wszyscy nasi producenci stosują numery katalogowe Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Numery wewnętrzne będą umieszczone na fakturach. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt oraz wszelkie informacje nadrukowane na wszystkich

opakowaniach naszych produktów są zgodne z przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, przy czym nr katalogowy nie jest opisem wymaganym w/w ustawą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość przedłożenia oferty z numerami wewnętrznymi firmy , pod warunkiem , iż Zamawiający będzie mógł po powyższych numerach zidentyfikować dany produkt zarówno w przedłożonym przez Wykonawcę katalogu , jak i przy dostawie towaru do Magazynu Zamawiającego .

Pytania dotyczące treści umowy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych z 3% wartości brutto towaru do 0,3% wartości towaru niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy będące załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Pytanie nr 2

Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego nie jest on w stanie określić minimalnej ilości towaru jaką na pewno zamówi . Ponadto Zamawiający informuje , iż ilość została oszacowana w sposób rzetelny przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny jednostkowe netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak

inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie powyższej treści do projektu umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków .

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „*mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone*”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie powyższej treści do projektu umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków .

Pytanie nr 5

Ad § 3

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że Zmniejszenie zakresu wartościowego umowy nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na dodanie powyższej treści do projektu umowy będącego załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków .

Pytanie nr 6

Ad § 8 ust. 1

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,3% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy będące załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie
Irena Kierkowska
(Podpis osoby uprawnionej)