

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy wyrobów medycznych jednorazowego użytku (Ogłoszenie nr 524231-N-2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27 lutego 2018 r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Dotyczy części nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza Zgłębnik Gastrostomijny ENFit zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii o rozmiarze CH 18/40cm składającym się z:

- A. przezroczysty, piluretanowy zgłębnik o długości 40cm;
- B. płytką zewnętrzną wykonaną z silikonu służącą do umowowania zgłębnika;
- C. Niebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika;
- D. Skalpel;
- E. Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem;
- F. NIć trakcyjna z pętlą;
- G. Łącznik do żywienia ENFit CH 18 czerwony;
- H. Zacisk do regulacji przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia .

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w części 3, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej, endoskopowej gastrostomii w składzie: obłożenie, 150-cm zapętłony drut wprowadzający, zimna pętla, silikonowy cewnik /zgłębnik do żywienia, gaziki (5 sztuk), nożyczki, kleszczyki typu Pean, tacka preparacyjna, zacisk, adapter uniwersalny, adapter do bolusów, zamknięcia typu „twist lock”, plastikowy pierścień, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii , zakładanych techniką „Pull”, pod kontrolą endoskopii rozmiar 24 Fr o podanych powyżej parametrach .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletnego zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii , zakładany techniką "Pull " pod kontrolą endoskopii o rozmiarze 24 Fr składającej się z następujących akcesoriów:- przejrzysty zgłębnik 24Fr o średnicy wewnętrznej ok. 5,5 mm, wykonany z wysokiej jakości silikonu; nożyczki; skalpel; igła z mandrynem umieszczona w osłonie; obłożenie z otworem ,pętla endoskopowa do przeciągnięcia drenu PEG ,drut wprowadzający ,prowadnik ,gaziki (4”x 4” / 10 cm x 10 cm) ,pean , zewnętrzne naskórne nasadki ,klamra zaciskowa typy C ,port Y ,gaziki z otworem (2” x 2” / 5 cm x 5 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii , zakładanych techniką „Pull”, pod kontrolą endoskopii rozmiar 24 Fr o podanych powyżej parametrach .

Dotyczy części nr 8

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty częściowej w części 8, w poz. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w powyższym zakresie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia .

(Podpis osoby uprawnionej)